

## Pytania i Odpowiedzi

Dotyczy : postępowania przetargowego na zakup i dostawę Wyrobów medycznych. Nr sprawy ZP,PN / 10 / 2008r.

Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:

### **zadanie nr 1 - Drobny sprzęt medyczny**

Pytanie : Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 następujących pozycji do odrębnego pakietu, pakietów :

- poz. nr 78 -Poszwa bawełniana 160cm x 210cm;
- poz. nr 80- Poszwa na poduszkę bawełniana 70cmx 80 cm;
- poz. nr.81- Prześcieradło bawełniane 160cm x 2310 cm;
- poz. nr 81a – Prześcieradło jednorazowego użytku 210cm x 130 cm;
- poz. nr 82 – Prześcieradło operacyjne zielone 210 x 60 cm;
- poz. nr 97 – Szyna do palców aluminiowa : - 40cm x 5 cm , 40 cm x 2 cm, Kramera 100x10cm

**Odpowiedź :** Ze względu na niewielkie ilości poszczególnych pozycji zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie:Czy zamawiający w poz.103 miał na myśli szczoteczki cytologiczne umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji ?.

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie : Czy zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne sterylne ?.

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy wymienione szczoteczki do wymazów cytologicznych powinny posiadać odpowiednie rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych oraz czy wykonawca powinien udokumentować skuteczność szczoteczek poprzez badania kliniczne ?.

**Odpowiedź :Nie .**

Pytanie :Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r § 3 pkt 1 oraz Dyrektywą 93/42/EW oferent powinien przedstawić certyfikat CE łącznie z deklaracją zgodności( a nie certyfikat lub deklarację) pozwalającą na na identyfikację konkretnego wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP ?

**Odpowiedź :Tak .** Wykonawca powinien przedstawić certyfikat wraz z deklaracją zgodności.

Pytanie : Prosimy o zmianę w formularzu cenowym poprzez wprowadzenie obok numeru katalogowego także nazwy producenta w celu identyfikacji oferowanego wyrobu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów formularza.**

Pytanie :Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 1 poz.103 szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź : Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego zadania.**

Pytanie :Prosimy o stworzenie odrębnych zadań i sklasyfikowanie produktów według CPV:

- a)CPV-33194000-6 urządzenia i przyrządy do transfuzji o infuzji ( poz.63 i 64),
- b)CPV 33141310-6 strzykawki (poz. 94),
- c)CPV 33141200-2 szczoteczki do wymazów cytologicznych i wzierniki ginekologiczne (poz. 103 i 123),
- d) CPV 33141611-6 worki do dobowej zbiórki moczu (poz. 120 i 121),
- e) CPV 18111000-0 czepki,fartuch ,ochraniacze na obuwiu ( poz.14,15,22 i 23).

**Odpowiedź : Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do odrębnych zadań.**

### **zadanie nr 3 - Materiały opatrunkowe**

Pytanie :Czy należy zaferować opaski pakowane pojedynczo z zapinką znajdującą się wewnątrz opakowania i stanowiąca jej integralna część w poz.5 i 6 ?.

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy można zaferować opaski o czasie wiązania 5-6 minut lub szybkowiązące 3 minuty w poz.7,8 i 9 ?.

**Odpowiedź : Tak. Opaski o czasie wiązania 5-6 minut .**

Pytanie :Czy Zamawiający wymaga w poz.7,8 i 9,aby gaza nośna w opaskach gipsowych była obustronnie pokryta gipsem medycznym , co podnosi komfort pracy z opaską oraz zwiększa wytrzymałość opatrunku ? .

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy należy zaoferować opaski pakowane pojedynczo w opakowaniu umożliwiającym pełną identyfikację produktu poz.10,11 i 12 ? .

Odpowiedź : Tak

Pytanie :Czy można zaoferować przylepiec poz.14 w odcinkach po 9,2mb ? .Prosimy o podanie jego szerokości.

**Odpowiedź : Tak o długości 9,2 mb szerokości 50 mm.**

Pytanie :Czy zamawiana wata opatrunkowa poz.19 winna zawierać minimum 70 % bawełny,co zapewni jej optymalną chłonność ? .

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy zamawiający w poz. 9 dopuści opaskę gipsowa o roz.15 cm x 3 m?

**Odpowiedź : Nie dopuszcza**

Pytanie :Czy w poz.15 zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy o roz. 9,14m x 50 mm?.

**Odpowiedź : Nie dopuszcza**

Pytanie :Czy zamawiający w poz.16-18 dopuści przylepiec włókninowy pokryty warstwą kleju akrylowego o długości 9,14m lub 5 m z przeliczeniem na wymaganą ilość ? .

**Odpowiedź : Nie**

Pytanie :Czy zamawiający w poz.20 dopuści opatrunek jałowy o roz. 7,5cm x 20 cm w opakowaniach a,10 szt z przeliczeniem na wymaganą ilość ? .

**Odpowiedź : Nie i nie wydzielili odrębnego pakietu.**

Pytanie :Czy zamawiający w poz.22 wymaga bezszwowego dzianego rękawa opatrunkowego o długości 20 mb i szerokości 24 cm?.

**Odpowiedź :Tak i jednocześnie zmienia ilość zamawianej pozycji z 20 szt na 2 sztuki.**

Pytanie :Czy zamawiający w poz.23 dopuści opatrunki do tamponady o roz.5 cm x 5 m?.

**Odpowiedź : Tak dopuszcza**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr poz.2,21,22,25,27,29,30 i utworzenie nowego zadania 3A ? .

**Odpowiedź : Nie wyraża zgody.**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz.15 zaoferowanie przlepcia tkaninowego o dł.5 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości ? .

**Odpowiedź : Nie wyraża zgody**

Pytanie : Czy zamawiający w poz 26 dopuści opatrunek do mocowania kaniul o wymiarach 8 cm x 5,8 cm ? .

**Odpowiedź Tak dopuszcza**

#### **Zadanie nr 4 – Osprzęt do laparoskopu**

Pytanie :Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia oferty częściowej w zadaniu nr 4 lub wyłączenia z ww. zadania poz.2 – klipsy tytanowe i utworzenie odrębnego zadania np. 4A .Biorąc pod uwagę ,że

jedynym kryterium jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego w/w pozycje ,pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Zapisy SIWZ - wzór umowy § 2.ust 6, Formularz ofertowy**

Pytanie :W związku z rozbieżnymi zapisami prosimy o uściślenie ,czy wymagany przez zamawiającego termin płatności wynosi 21 czy 30 dni ?.

**Odpowiedź : Termin płatności wynosi 30 dni liczonego od dnia otrzymania faktury.**

Pytanie:Czy zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 i nadanie następującej treści „ W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia jednostkowego Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości o,1 % wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

**Odpowiedź : Nie wyraża zgody.**

Pytanie :dotyczy § 3 ust 2.” Z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci kary w wysokości 20 % ceny oferty brutto określonej w § 2 ust 5. Z uwagi na to ,że wysokość kar umownych jest bardzo wysoka zwracamy się z prośbą o obniżenie ich do wysokości powszechnie stosowanej 10 % .

**Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie : SIWZ. W związku z faktem ,że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego( a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić ,że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania ,podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

**Odpowiedź : Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający uzna Pełnomocnictwo ogólne , w którym pełnomocnik jest upoważniony do składania i podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.**

**Zadanie nr 1 – Drobnny sprzęt medyczny**

Pytanie : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.11 zglebnika dojelitowego w rozmiarze Ch 8 dł.130 cm ?

Odpowiedź : Tak dopuszcza Ch 8 odł.1300 mm.

Pytanie:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.16 drenu z trokarem odł. 400 mm ? .

Odpowiedź:Tak dopuszcza dł.400 mm

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 26 i 27 igły Pen na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?

**Odpowiedź : Nie**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 36 kieliszki do leków na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,70 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?

**Odpowiedź : Nie**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 44 łopátka drewniana na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?

**Odpowiedź : Nie**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 55 ochraniacze foliowe na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 56 ostrza wymienne na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 94 strzykawki j.u. do tbc na zmianę jednostki ze szt na opakowania (opak a,100 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?.

**Odpowiedź : Tak**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi w poz. 98 szkiełka podstawowe z końcówką matowaną zmianę jednostki ze szt na opakowani (opak a,50 szt) i podanie ceny jednostkowej za opakowanie ?.

**Odpowiedź : Nie**

Pytanie :Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 125 zestawu do lewatywy mikrobiologicznie czystego ? .

**Odpowiedź : Tak**

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma ,wysyłając kartkę na nr faksu 048 6740040

Otrzymano dn. ....  
(pieczęć i podpis)