

	Nazwa parametru (opis funkcji wymaganego parametru / warunku)	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	PARAMETRY PODSTAWOWE		
1.	Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2013	TAK	
II	GENERATOR RTG		
1.	Moc generatora ≥ 4 kW	TAK, podać	
2.	Częstotliwość generatora ≥ 150 kHz	TAK, podać	
3.	Zakres regulacji napięć od 40 kV do 125 kV	TAK, podać	
4.	Regulacja napięcia co 1 kV	TAK, podać	
5.	Zakres regulacji prądu od 5 mA do 100 mA	TAK, podać	
6.	Zakres regulacji mAs od 0,1 mAs do 250 mAs	TAK, podać	
7.	Zakres czasu ekspozycji od 1 ms do 6300 ms	TAK, podać	
8.	Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji	TAK	
9.	Napięcie zasilania 230 V/50 Hz	TAK, podać	
10.	Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej ≥ 500	TAK, podać	
11.	Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran	TAK	
12.	Możliwość współpracy aparatu z detektorami promieniowania różnych typów - co najmniej kasety standardowe, kasety CR	TAK	
III	LAMPA RTG		
1.	Dwa ogniska lampy	TAK	
2.	Wielkość małego ogniska lampy: $\leq 0,6$ mm	TAK, podać	
3.	Wymiary dużego ogniska lampy: $\leq 1,5$ mm	TAK, podać	
4.	Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania	TAK	
5.	Kolimator obrotowy	TAK	
6.	Pojemność cieplna anody ≥ 40 kWh	TAK, podać	
7.	Kąt obrotu kolimatora $\geq \pm 90^\circ$	TAK, podać	
8.	Możliwość odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy	TAK	
IV	PODSTAWA JEZDNA Z RAMIENIEM RUCHOMYM		
1.	Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie $\geq 360^\circ$	TAK, podać	
2.	Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda w zakresie $\geq 250^\circ$	TAK, podać	
3.	Pojemnik na kasety o pojemności ≥ 4 kasety 35x43 cm	TAK, podać	
4.	Możliwość blokady ruchu kół	TAK	
5.	Waga aparatu ≤ 70 kg	TAK, podać	
6.	Szerokość aparatu ≤ 65 cm	TAK, podać	
7.	Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 40 cm	TAK, podać	
8.	Maksymalna odległość ognisko-podłoga ≥ 200 cm	TAK, podać	
V	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji	min. 24 m-ce	
2.	Czas reakcji serwisu (rozumianej jako obecność serwisu w miejscu instalacji aparatu i przystąpienia do prac serwisowych) do 48h w dni robocze	TAK, podać	
3.	Czas usunięcia usterki: - do 2 dni roboczych gdy nie zachodzi konieczność importu części zamiennych; - do 4 dni roboczych gdy zachodzi konieczność importu części zamiennych; W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze aparat zastępczy o parametrach nie gorszych od wymaganych (w cenie oferty)	TAK, podać	
4.	Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu	Minimum 10 lat	

VI	WYMAGANIA DODATKOWE		
1.	Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą)	TAK	
2.	Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych	TAK	
3.	Przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu RTG po instalacji bez ograniczeń ilości szkolonych osób	TAK	
4.	Wydanie imiennych certyfikatów przeszkolenia wszystkim osobom personelu zamawiającego biorącym udział w szkoleniu	TAK	
5.	Autoryzacja producenta dla wykonawcy do prowadzenia prac serwisowych	TAK, załączyć	
6.	Ilość przeglądów technicznych w okresie gwarancji.	Minimum 2, jednak nie mniej niż wymaga producent aparatu, podać	
7.	Dokumenty dopuszczające do obrotu: certyfikat CE, deklaracja zgodności CE, wpis/powiadomienie do URPLW MiPB	TAK, załączyć	

Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów (np. foldery, wyciągi z instrukcji obsługi) potwierdzających zaoferowane parametry techniczne aparatu. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów zamawiający będzie wymagał prezentacji oferowanego aparatu w swej siedzibie w terminie do trzech dni roboczych od wezwania oferenta do dokonania prezentacji. Brak możliwości prezentacji lub brak potwierdzenia w czasie prezentacji zaoferowanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.