

***Pismo Zamawiającego w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego przez Zamawiającego znakiem: ZP 3/2019***

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Drobno sprzętu medycznego.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15 i 22 z pakietu 5 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przeloży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran z jednym oczkowym uchwytem do zamocowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania, dostępny w rozmiarach CH 6 – 10 (długość 400mm) oraz CH 12 – 24 (długość 600mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik pediatryczny do żyły pępowinowej, jednoświatłowy, wykonany z PCV, rozmiar 4F / 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a z plastikową zastawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a, pakowany podwójnie: wew. – folia, zew. folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a 100% silikon, z balonem o pojemności 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Tiamann o powierzchni standardowej, przezroczysty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczysty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany w 100% z silikonu medycznego, o długości ramion 18/45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści dren Redon z pojedynczym czytником głębokości (5 cm od zakończenia perforacji), zamiast cyfrowej podziałki głębokości, perforacja na długości 14-15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 113 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 1, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Zadanie nr 1, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 8ml, drenem o długości 210cm, w opakowaniach folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 1, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LifePack 11 w rolce o wymiarach 108mm x 23m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 1, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier do USG Mitsubishi K-65 110mm x 20m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 1, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną, wykonaną z polipropylenu (PP), o długości 13cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Zadanie nr 1, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml przeliczeniem ilości na 15 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Zadanie nr 1, pozycja 84

Czy Zamawiający oczekuje rękawic foliowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 22:

Zadanie nr 1, pozycja 90

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Zadanie nr 1, pozycja 99b

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 140 x 250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Zadanie nr 1, pozycja 99c

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 140 x 330cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Zadanie nr 1, pozycja 99d

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 190 x 330cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Zadanie nr 1, pozycja 102

Prosimy o określenie modelu ssaka, z jaki mają być kompatybilne wkłady.

Odpowiedź:

System serres beryl (wkład 2 l i 1 l okrągły standard).

Pytanie nr 27:

Zadanie nr 1, pozycja 118

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej zawierający trio igieł w rozmiarach 14, 16 i 19G, o długości 80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Zadanie nr 1, pozycja 121

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena o długości 85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Zadanie nr 1, pozycja 124

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 5ml, z przeliczeniem ilości na 360 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. , bez przeliczania na ilość opakowań.

Pytanie nr 30:

Zadanie nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o chłonność 110ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Zadanie nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

Zadanie nr 6, pozycja 10-11

Czy Zamawiający ma na myśli serwetę sterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli serwetę sterylną.

Pytanie nr 33:

Zadanie nr 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

Joanna Czerwinska