

Dotyczy: Zakup oraz dostawa aparatu RTG jezdnego oraz zakup i dostawa aparatu USG.

Uprzejmie informujemy, iż pobraliśmy specyfikację istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu. Na podstawie art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zapisów specyfikacji prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na następujące pytania:

**Część I – Instrukcja dla wykonawców**

1. Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia – „dostawa w ciągu 30 dni od zawarcia umowy” zamiast „dostawa w ciągu 7 dni od zawarcia umowy”.

Jest to spowodowane potrzebą sprowadzenia aparatu RTG jezdnego z zagranicy.

**Załącznik 4A**

**Punkt II.2**

2. Czy Zamawiający dopuści, aby częstotliwość generatora wynosiła 100 kHz?

**Punkt II.7**

3. Czy Zamawiający dopuści, aby zakres czasu ekspozycji wynosił od 3ms do 1,5s?

**Punkt II.10**

4. Czy Zamawiający dopuści 240 programów anatomicznych w polskiej wersji językowej?

**Punkt III.8**

5. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy?

**Punkt IV.5**

6. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 170kg?

**Punkt IV.7**

7. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego minimalna odległość ognisko podłoga wynosi 49,5 cm?

1

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni?
2. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 195 kg? Aparat z wszystkimi kółkami skrętnymi, łatwo prowadzi się między kózkami w warunkach sali chorych. Z aparatem łatwo można przemieszczać się po obiekcie szpitalnym, pokonuje nierówności i swobodnie mieści się do windy.
3. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego częstotliwość generatora wynosi 100 kHz?
4. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zakres mAs wynosi 0,2-200?
5. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zakres czasu ekspozycji wynosi 1,1 ms – 4s?
6. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zakres prądu wynosi 50-450 mA?
7. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy. Paramter ten nie wnosi żadnych dodatkowych korzyści z diagnostycznego punktu widzenia.
8. Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem monobloku/lampy wokół anoda/katoda w zakresie 150 stopni?

2

Znak sprawy: ZP 08/2013

### ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu RTG jeźdznego oraz na zakup i dostawę aparatu USG

16. Pytanie 1

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego”**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu 170dB?

17. Pytanie 2

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego”**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o wadze wraz z drukarką medyczną nie przekraczającą 75kg?

18. Pytanie 3

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z maksymalną częstotliwością odświeżania Frame rate dla obrazu 2D 650 obr/s?

19. Pytanie 4

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny który nie posiada funkcji HPRF natomiast posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe oraz w standardowej konfiguracji Tissue Harmonic Imaging pozwalające na uzyskanie lepszej jakości obrazu aniżeli za pomocą HPRF?

20. Pytanie 5

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w którym zakres regulacji kąta korekcji przepływu w bramce CW Doppler wynosi +/-60 stopni?

21. Pytanie 6

**Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt. III Głowice G**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę endowaginalną, której pole widzenia wynosi 150 stopni?

22. Pytanie 7

**Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 1**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy?

3

**Pytanie 8**

**Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Wraz z dostarczoną rzeczą Wykonawca przedkłada w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) wszystkie będące w jego posiadaniu niezbędne dokumenty przenoszące na Zamawiającego własność rzeczy, jak też wszelkie instrukcje, certyfikaty i inne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu prawidłową jego obsługę”.

**Pytanie 9**

**Dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:  
„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna”?

**Pytanie 10**

**Dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:  
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”?

**Pytanie 11**

**Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

**Pytanie 12**

**Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim umowa nie została jeszcze zrealizowana, w przypadku gdy opóźnienie w zakresie dostawy przekroczy 15 dni od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy, pomimo wcześniejszego wezwania do realizacji umowy”.

**Pytanie 13**

**Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

**Pytanie 14**

**Dotyczy zapisów umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:  
„Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

**Pytanie 15**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b w powiązaniu z Opisem technicznym aparatu ultrasonograficznego, punkt VII tabeli „Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii z 12 do 48 godzin w dni robocze?

**Pytanie 16**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia z 12 godzin do 5 dni roboczych oraz wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych?

**Pytanie 17**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych?

4

33.

**Pytanie 18**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność usług serwisowych, telefonicznie, 5 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 16.00?

34.

**Pytanie 19**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego istotnej awaryjności sprzętu na następujący:  
„Trzykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy, pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany tego elementu na nowy wolny od wad”

5

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG  
Znak sprawy: ZP 08/2013

Szanowni Państwo,  
w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę m.in. aparatu USG chcielibyśmy zadać pytania dot. SIWZ:

**Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.I**

35.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu na czterech kołach w tym dwóch skrętnych I z możliwością blokowania, posiadającego 24.576 niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych, posiadającego dynamikę 210 dB oraz wagę aparatu z drukarką ok. 65 kg i który posiada wiele parametrów znacząco przewyższających parametry minimalne określone w siwz?

**Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.II**

36.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego zakres powiększania obrazu ponad do 30 razy (w tym powiększania obrazu rzeczywistego 8x natomiast zamrożonego ponad 30x), posiadającego częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode 495 obr/sek oraz kat korekcji +/-75 stopni?

**Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B**

37.

Tryby wyspecyfikowane przez Zamawiającego tj.: M-mode anatomiczny, Doppler fali ciągłej oraz aplikacja do badań echokardiograficznych dorosłych są to funkcje stosowane w badaniach kardiologicznych (echo serca), do których służą głowice sektorowe Phased Array - kardiologiczne. Aparat wyspecyfikowany przez Zamawiającego nie wymaga w aparacie takich głowic w standardzie a nawet w możliwościach rozbudowy, zatem pełne oprogramowanie kardiologiczne z ekg oraz Doppler Ciągły, anatomiczny M-Mode czy też raporty kardiologiczne nie będą wykorzystywane w czasie normalnej pracy przy użyciu głowic które są wymagane przez Zamawiającego w standardzie czyli endovaginalnej, liniowej i convex.

W związku z chęcią doprecyzowania i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia pragniemy zadać pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG nie posiadającego w standardzie ale oczywiście na dzień składania ofert posiadającego możliwość rozbudowy o pełne oprogramowanie kardiologiczne z Dopplerem Ciągłym, modulem EKG i anatomicznym M-mode?

**Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.III**

38.

W celu doprecyzowania i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że brak słowa „minimum” przed zakresem częstotliwości głowic (convex, liniowej i endovaginalnej) jest oczywistą omyłką pisarską, bowiem głowice posiadające szerszy (a tym samym lepszy) zakres niż wymagane spełnią minimalne wymogi Zamawiającego.

6

Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.IV

39.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu nie posiadającego przycisku szybkiego dostępu (na klawiaturze) do podstawowych pomiarów położniczych (min. CRL, BPD, HC, AC, PL, AFI, GSD, OFD)?

Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.V

40.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu posiadającego dysk twardy o pojemności 250GB z możliwością podpięcia dodatkowego dysku zewnętrznego oraz posiadającego funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora): podręczna pojemność 400 obrazów oraz zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów?

Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 4B, pkt.V

41.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez zapis w Załączniku 4B pkt.V wymaga aby aparat posiadał w standardzie moduł Dicom – kartę sieciową i pełne wsparcie standardu DICOM 3.0 (m.in. Store SCU, Media Exchange, Worklist, Print, MPPS, Storage Commitment) wraz z możliwością podłączenia systemu do sieci szpitalnej DICOM.

Pyt dot. SIWZ, I.7

42.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu USG do 30 dni pod warunkiem wstawienia aparatu zastępczego w przypadku przedłużenia się dostawy ponad wymagane 7 dni? Jest to podyktowane koniecznością sprowadzenia nowego aparatu (produkowanego specjalnie dla danego klienta) od producenta z zagranicy, co w związku z sezonem urlopowym może ale nie musi trwać ponad 7 dni, natomiast zapewniamy aparat zastępczy tej samej lub wyższej klasy na czas oczekiwania na aparat właściwy.

7

**ZAPYTANIA**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG**

- 43.** Pytanie 1  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego”  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu 170dB?
- 44.** Pytanie 2  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego”  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o wadze wraz z drukarką medyczną nie przekraczającą 75kg?
- 45.** Pytanie 3  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z maksymalną częstotliwością odświeżania Frame rate dla obrazu 2D 650 obr/s?
- 46.** Pytanie 4  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny który nie posiada funkcji HPRF natomiast posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe oraz w standardowej konfiguracji Tissue Harmonic Imaging pozwalające na uzyskanie lepszej jakości obrazu aniżeli za pomocą HPRF?
- 47.** Pytanie 5  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt.II tryby pracy aparatu:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w którym zakres regulacji kąta korekcji przepływu w bramce CW Doppler wynosi +/-60 stopni?
- 48.** Pytanie 6  
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Opis techniczny aparatu ultrasonograficznego” pkt. III Głowice G  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę endowaginalną, której pole widzenia wynosi 150 stopni?
- 49.** Pytanie 7  
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 1  
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy?

8



**Pytanie 8**

**Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wraz z dostarczoną rzeczą Wykonawca przedkłada w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) wszystkie będące w jego posiadaniu niezbędne dokumenty przenoszące na Zamawiającego własność rzeczy, jak też wszelkie instrukcje, certyfikaty i inne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu prawidłową jego obsługę”.

**Pytanie 9**

**Dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna”?

**Pytanie 10**

**Dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”?

**Pytanie 11**

**Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

**Pytanie 12**

**Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim umowa nie została jeszcze zrealizowana, w przypadku gdy opóźnienie w zakresie dostawy przekroczy 15 dni od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy, pomimo wcześniejszego wezwania do realizacji umowy”.

**Pytanie 13**

**Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

**Pytanie 14**

**Dotyczy zapisów umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

**Pytanie 15**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b w powiązaniu z Opisem technicznym aparatu ultrasonograficznego, punkt VII tabeli „Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii z 12 do 48 godzin w dni robocze?

**Pytanie 16**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia z 12 godzin do 5 dni roboczych oraz wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych?

**Pytanie 17**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych?

**Pytanie 18**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność usług serwisowych, telefonicznie, 5 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 16.00?

**Pytanie 19**

**Dotyczy Załącznika nr 5 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego istotnej awaryjności sprzętu na następujący:

„Trzykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy, pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany tego elementu na nowy wolny od wad”

10

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie §36 ust.1 p.7 ustawy PZP z dnia 29.01.2004r z późniejszymi zmianami zwracam się o udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak: ZP 08/2013 na zakup i dostawę aparatu RTG jeźdźnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG. **Pytania dotyczą zadania nr 2 – dostawa aparatu USG:**

62.

1. Dot. „SIWZ” pkt. 7 Termin realizacji Zamówienia.  
Czy biorąc pod uwagę wymaganie na dostawę aparatu fabrycznie nowego (załącznik ZAL4B do SIWZ) Zamawiający zaakceptuje dostawę w ciągu 6 tygodni od zawarcia umowy, uruchomienie niezwłocznie od dostarczenia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych?

Takie rozwiązanie zagwarantuje, że aparat usg zostanie skonfigurowany przez producenta w sposób dedykowany Zamawiającemu, wynikający z SIWZ, tj. bez nadmiarowych kosztów obciążających Zamawiającego.

63.

2. Dot. „Wzór umowy ....” Par.2, pkt 4  
Czy w odniesieniu do wymaganego szkolenia Zamawiający zaakceptuje następujące zasady:
- szkolenie dotyczy zasad eksploatacji i obsługi urządzenia,
  - szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostarczenia sprzętu lub w terminie po tym dniu, w oparciu o uzgodniony harmonogram (szkolenie w innym dniu niż termin dostarczenia sprzętu nie wstrzymuje formalnego odbioru aparatu),
  - szkolenie zostanie zorganizowane w aplikacyjnych grupach tematycznych (OB/GYN, Obrazowanie Ogólne i Badanie Naczyń) i obejmie do 10 lekarzy (użytkowników),
  - czas szkolenia dla poszczególnych grup tematycznych zostanie uzgodniony w zależności od potrzeb, przy czym nie powinien przekroczyć dwóch spotkań dla grupy w wymiarze do 3 godzin każde,
  - po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi stosowne zaświadczenie?

Powyższe zasady mają na celu sprawne przeprowadzenie szkolenia użytkowników, bez niepotrzebnej dezorganizacji pracy placówki.

64.

3. Dot. „Wzór umowy ....” Par.4, pkt 2  
Czy wobec faktu, że obecnie nie można precyzyjnie określić terminu dostawy urządzenia (procedura przetargowa w toku) Zamawiający zaakceptuje następujące zasady płatności:
- płatność nastąpi w trzech równych ratach, przy czym:
    - ostatnia rata do 27 grudnia 2013r,
    - druga rata do końca listopada 2013r,
    - pierwsza rata do końca października 2013r?

65.

4. Dot. „ZAL4B” Tryby pracy aparatu, Anatomiczny M-mode  
Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę wymagania dotyczącego wyposażenia aparatu w funkcję Anatomiczny M-mode przez umieszczenie tego wymagania w kategorii „Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty”?

11

Takie rozwiązanie wydaje się być uzasadnione w związku faktem, że Anatomiczny M-mode jest trybem pracy wykorzystywanym wyłącznie przy badaniu echo serca, z wykorzystaniem głowicy sektorowej, której Zamawiający nie wymaga. Przesunięcie tego wymagania do kategorii „Możliwości rozbudowy...” pozwoli w istotny sposób obniżyć cenę oferty.

66.

5. Dot. „Załącznik nr 5” – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego  
Czy w odniesieniu do terminu gwarancji - 24 miesiące na nowy aparat usg Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny był świadczony przez krajowy autoryzowany serwis producenta dla zapewnienia zgodności wszystkich wymaganych działań z jego zaleceniami?

67.

6. Dot. „Załącznik nr 5” – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego  
Czy Zamawiający w odniesieniu do poszczególnych wymagań określonych w Załączniku 5 zaakceptuje następujące zasady, zbliżone do zasad oferowanych w sposób odpowiedzialny przez wszystkich wiodących producentów sprzętu usg, realizujących serwis gwarancyjny przez autoryzowane przedstawicielstwa:
- warunki 1 i 2 - bez zmian,
  - warunek 3 - do 24 godzin licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii
  - warunek 4 – do 5 dni roboczych
  - warunek 5 – max. 5 dni roboczych
  - warunek 6 i 7 – bez zmian
  - warunek 8 – w dni robocze
  - warunek 9 – bez zmian
  - warunek 10 - Jeżeli okres, w którym sprzęt nie może być w pełni użytkowany przez Zamawiającego (liczony od daty zgłoszenia awarii, usterki lub wady do jej usunięcia) przekracza 10% okresu użytkowania ogółem (liczonego od dnia przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego) z wyłączeniem pierwszych 4 miesięcy eksploatacji?

W przypadku autoryzowanego serwisu producenta, którego reprezentujemy, zestaw bezpłatnych usług serwisowych w okresie gwarancyjnym może być uzupełniony tzw. zdalnym serwisowaniem (po podłączeniu aparatu do sieci internetowej), co w przypadku niektórych awarii znacznie skróci maksymalny czas serwisu (naprawy) oraz rozstrzygnie wątpliwości co do obsługi urządzenia.

Wszystkie powyższe pytania mają na celu zaoferowanie sprzętu w optymalnej konfiguracji (z możliwie najniższą ceną) przy zachowaniu pełnej funkcjonalności wymaganej zapisami Załącznika 5 do SIWZ i zagwarantowanie, że dostarczony sprzęt pochodzi z sieci dystrybucyjnej jednego z wiodących producentów usg.

12

Dotyczy: postępowania organizowanego w trybie nieograniczonego przetargu na zadanie pn. „Zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG” znak sprawy ZP 08/2013

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, proszę o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie:

**Dotyczy zadania nr 2- ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG**

- 68.
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający powyżej 32 000 cyfrowych kanałów przetwarzania?
- 69.
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres dynamiki do 200 dB. Zakres ten zapewnia prawidłowe przeprowadzanie badań.
- 70
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ wazący wraz z drukarką medyczną cz. b. poniżej 70kg. Wymiary aparatu oraz waga zapewniają bardzo wysoką łatwość przemieszczania, dodatkowo aparat posiada regulację wysokości pulpitu sterowniczego co znacznie poprawia wygodę pracy.
- 71.
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający maksymalną częstotliwość odświeżania do obrazu 2D powyżej 750 obr./s.  
W praktyce wartość ta nie przekracza 100 obr./s.
- 72
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający tryb M-mode bez możliwości uzyskania anatomicznego trybu M.
- 73.
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający wielkość bramki Dopplerowskiej 0,5 – 15 mm. W praktyce minimalna wartość wielkości bramki wykorzystywana

13

do pomiarów przepływów w małych naczyniach wydaje się być ważniejsza niż maksymalna wartość powyżej 15 mm.

74. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres prędkości dla Dopplera fali ciągłej powyżej 8 m/s?

75. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres regulacji kąta korekcyjnego przepływu w bramce CW Doppler +/- 70 stopni. W praktyce stosowany jest zakres +/- 60, po przekroczeniu którego występują duże błędy pomiaru.

76. 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający głowicę endowaginalną o kącie widzenia powyżej 147 stopni co zapewnia wystarczającą wartość przy badaniach tego typu?

77. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający regulację uchylności wiązki Dopplera w sposób skokowy w zakresie +/- 10 stopni?

78. 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający obrazowanie trapezoidalne +/- 10 stopni?

79. 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający raporty dla każdego rodzaju i trybu badania mogące zawierać własne komentarze użytkownika bez możliwości dodawania obrazów. Do aparatu podłączona jest medyczna drukarka zapewniająca wydruk obrazów.

80. 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający złącze sieci LAN do połączenia z siecią DICOM, bez możliwości zdalnego serwisu?

81. 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatem USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższającym minimalne wymagania SIWZ posiadający przycisk szybkiego dostępu (na klawiaturze) do podstawowych pomiarów położniczych BPD, AC, FL, CRL, GS, bez: AC, PL, AFI, GSD, OFD. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka przy skrócie PL, zapewne chodziło o FL.

Proszę o pozytywną odpowiedź, która pozwoli pozyskać oferty na najnowocześniejszy sprzęt po niższej cenie.

14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG, znak sprawa: ZP 08/2013.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 82.
1. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:  
*„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”*  
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.
  3. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych środków na koniec 2012r.
  4. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
  5. Prosimy o potwierdzenie, że druga rata płatna będzie na koniec miesiąca następującego po dacie płatności pierwszej raty.
  6. Prosimy o dodanie do wzoru umowy w §10 ustęp 4 zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
  7. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.
  8. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §7 punkt 2 wzoru umowy: „(...) co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia z wierzytelności Wykonawcy”.
  9. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o ograniczenie wysokości kary opisanej w §9 ustęp 2 do wysokości 5% wartości umowy. Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary umownej obciążającej Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w analogicznej wysokości.

83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.

15

90.

10. W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiedniego zapisu:

„Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy na \_\_\_\_\_, czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w \_\_\_\_\_ Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy.”

Prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu finansującego co przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

91.

11. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o możliwość wprowadzenia do wzoru umowy zapisu dotyczącego zabezpieczenia dla terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia w formie innego zabezpieczenia w postaci weksla in blanco:

„Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

92.

12. Prosimy o zmianę zapisu §8 umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”

93.

13. Prosimy o zmianę zapisu § 12 umowy i nadanie mu brzmienia „Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez pisemnego powiadomienia Zamawiającego wierzytelności wynikających zrealizacji niniejszej umowy.”

94.

14. Prosimy o zmianę zapisu zdania drugiego §11 poprzez nadanie mu brzmienia: „Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy”.



Znak sprawy: ZP 08/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 1. zwracamy się do Zamawiającego o z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Zadanie 1**

dot. Załączniki nr 4 A oraz 5 do SIWZ.

Zamawiający określa warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla całości przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 i 2) w załączniku nr 5 do SIWZ oraz dla aparatu RTG jezdnego (zadanie nr 1) w załączniku nr 4A. Z uwagi na rozbieżność wymagań w obu załącznikach prosimy o ujednoczenie zapisów z uwzględnieniem następujących pytań:

95. **Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego w których czas rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii będzie wynosił do 48 godzin w dni robocze?

96. **Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego w których maksymalny czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia (aparat RTG) lub dostarczenia sprzętu równoważnego na okres naprawy od czasu rozpoczęcia prac naprawczych będzie wynosił do 48 godzin w dni robocze?

97. **Pytanie 3.** Czy „max 2 dni” wymagane jako graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego okres trwania gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji odnosi się zgodnie z wymaganiami innych zamawiających do dni roboczych?

17

Komentarz: Pragniemy zwrócić uwagę, że obecne wymogi zawarte w załączniku nr 5 są nadzbyt rygorystyczne i mogą powodować, że żaden z potencjalnych Wykonawców nie złoży oferty przetargowej lub koszty konieczne do uwzględnienia przy kalkulacji cen przetargowych będą niewspółmierne do korzyści jakie tak stanowcze wymagania mogą przynieść Zamawiającemu. Przykładowo obowiązek usunięcia usterek w terminie do 12 godzin od momentu ich zgłoszenia jest przy jednoczesnym wymaganiu czasu rozpoczęcia prac naprawczych (również do 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii) praktycznie niemożliwy do spełnienia bez posiadania wykwalifikowanego inżyniera z natychmiastowym dostępem do wszelkich części zamiennych w siedzibie Zamawiającego.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi.

18