

**Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
w imieniu którego działa
adw. Paweł Michalski**

**PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,**

OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NUMEREM: ZP 09/2013

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
z adresem dla doręczenia: ul. Tomaszowska 43, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą, fax: +48
48 674 00 40.

Przedmiot zamówienia stanowi: zakup i dostawa aparatu RTG oraz zakup i dostawa aparatu
USG.

W odpowiedzi, na doręczone Zamawiającemu przez Wykonawców, pytania:

- I. Pytanie 1**
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z kolorowym Dopplerem”, pozycja 33 tabeli
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością zapisu obrazów na dyski CD, DVD, w formatach BMP, AVI, html, BK3d, DICOM oraz w pamięci PEN - DRIVE?
- II. Pytanie 2**
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z kolorowym Dopplerem”, pozycja 35 tabeli
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową do badań małych narządów, piersi i naczyniowych z pasmem 5 - 12MHz, i długością czoła 50mm z obrazowaniem harmonicznym, ilością elementów wynoszącą aż 192?
- III. Pytanie 3**
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z kolorowym Dopplerem”, pozycja 39 tabeli
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3D?
- IV. Pytanie 4**
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z kolorowym Dopplerem”, pozycja 40 tabeli
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne?
- V. Pytanie 5**
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust 1
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy
- VI. Pytanie 6**
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wraz z dostarczoną rzeczą Wykonawca przedkłada w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) wszystkie będące w jego posiadaniu niezbędne dokumenty przenoszące na

Zamawiającego własność rzeczy, jak też wszelkie instrukcje, certyfikaty i inne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu prawidłową jego obsługę".

VII. Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna”

VIII. Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy”?

IX. Pytanie 9

Dotyczy napisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

X. Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim umowa nie została jeszcze zrealizowana, w przypadku gdy opóźnienie w zakresie dostawy przekroczy 15 dni od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy, pomimo wcześniejszego wezwania do realizacji umowy”,

XI. Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

XII. Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu;
„Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

XIII. Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b w powiązaniu z Opisem technicznym aparatu ultrasonograficznego, punkt VII tabeli „Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii z 12 do 48 godzin w dni robocze?

XIV. Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia z 12 godzin do 5 dni roboczych oraz wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającego powyżej 7 dni roboczych?

XV. Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych?

XVI. Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność usług serwisowych, telefonicznie, 5 dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00

XVII. Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego istotnej awaryjności na następujący:

„Trzykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany tego elementu na nowy wolny od wad”

XVIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4 B, Tabela A, pkt. 1

Zamawiający określił parametr „Wprowadzenie do produkcji w 2011 r”. Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów, *które* są aparatami nowoczesnymi ale nie wprowadzonymi do produkcji konkretnie w 2011 r jak wymaga Zamawiający w zapisie pkt 1. W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, którego pierwsza wersja konstrukcyjna została wprowadzona w 2008 r. w latach następnych aparat był udoskonalany i rozbudowywany, a w 2013 r producent wypuścił jego zupełną nową wersję, w której to wersji została wprowadzona najnowsza konsola operatorska, nowoczesny najnowszej generacji monitor LCD, nowoczesne rozwiązania technologiczne, nowe głowice oraz najnowszej generacji hardware i to spowodowało że aparat wypuszczony na rynek w 2013 r jest nowocześniejszym aparatem.

XIX. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B Tabela A pkt.3 i 4

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, który nie posiada możliwości programowania panelu sterowania oraz zaprogramowania wykonywanych kolejno funkcji obrazowych i pomiarowych jako menu szybkiego dostępu?

Sposób obsługi oferowanego przez nas systemu, jest tak opracowany, że nie wymaga dodatkowej opcji programowania panelu sterowania. Aparat posiada bardzo czytelny interfejs oraz możliwość ustawienia do kilkudziesięciu presetów. Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza zarówno zakresu diagnostycznego jak i nie obniża jakości badań. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

XX. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt.13

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów
 2. Zawansowana akwizycja sekwencji do :15 000 obrazów
- spełni wymogi Zamawiającego w pkt,13?

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkowników; możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilkunastu sekund badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom Operator może przeglądać dowolne wybrane fragmenty sekwencji cofając się nawet 10 minut.

XXI. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A. pkt.16

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, który posiada w standardzie obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków, tryb Dopplera, w tym także funkcję Power Doppler, który posiada bardzo czuły Dopplera Kolorowego, który na dzień składania ofert nie posiada trybu szerokopasmowego Dopplera Kolorowego ale posiada w standardzie znacznie bardziej przydatną funkcję tryb Power Doppler Kierunkowy i który w standardzie posiada wszystkie wysokiej klasy głowice szerokopasmowe o wysokiej czułości i rozdzielczości, posiadające aż 192 elementy?

Pragniemy jednocześnie zauważyć, że *na rynku* aparaty posiadające tryb szerokopasmowy Dopplera Kolorowego często oferują go zamiast trybu Power Doppler Kierunkowy, którego to trybu nie posiadają. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że tryb Power Doppler Kierunkowy pełni bardzo istotną rolę w badaniach dopplerowskich.

XXII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 26

Zamawiający wymaga aby aparat posiadał m.in. badania serca płodu.

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecjalizowany aparat, spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i potwierdzi, że wysokiej klasy ultrasonograf który posiada pomiar serca HR spełni wymóg Zamawiającego w tym zakresie?

- XXIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 27**
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecjalizowany aparat spełni oczekiwania Zamawiający, czy Zamawiający wyjaśni i wysokiej klasy aparat usg, który posiada klawiaturę alfanumeryczną umieszczoną na panelu sterowania i nie jest ona chowana pod pulpit operatora?
Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne i ergonomiczne dla użytkownika.
- XXIV. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 31**
w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg. który posiada maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera kolorowego 11 kHz?
Pragniemy zauważyć, że różnica zaledwie khz nie ma wpływu na jakość aparatu oraz na jego diagnostykę.
- XXV. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 32**
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg który posiada 2 porty USB w tym jeden na ścianie bocznej aparatu?
- XXVI. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 33 i 37**
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni czy poprzez zapis w pkt. 33 i pkt. 37 wymaga aby aparat był w standardzie wyposażony w aktywne oprogramowanie Dicom czyli zapis obrazów w formacie Dicom, przesyłanie w sieci Dicom (pełna komunikacja Dicom) też zamawiający dopuści aparat posiadający taką możliwość rozbudowy?
Pragniemy nadmienić, że wyposażenie aparatu w Dicom jest potrzebne w momencie, gdy aparat jest podłączany do sieci szpitalnej Dicom. Bez takiego podłączenia sam zapis obrazu w formacie Dicom jest bezużyteczny dla Użytkownika.
- XXVII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 48, Tabela A, pkt. 34**
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy głowice convex, posiadającą kąt pola obrazu 61 który jest standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowica typu convex oraz która posiada parametry znacząco przewyższające minimalne bo posiada zakres aż 1-8 MHz i aż 192 elementy, a więc tym samym jest znacząco lepszą głowicą?
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że ustawienie kąta powoduje, że elementy wysyłające i odbierające ultradźwięki są umiejscowione gęściej a co za tym idzie obraz uzyskiwany za pomocą takiej głowicy również jest gęstszy i dokładniejszy niż w głowicach o szerokim kącie obrazowana Ponadto kąt mniejszy o zaledwie kilka stopni od wymaganego jest niezauważalny dla badającego i nie wpływa negatywnie na diagnostykę.
- XXVIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 35**
Zamawiający wymaga głowicy liniowej o długości czoła 60 mm czyli głowica o czole 55 mm spełnia zapis siwz.
W ofercie posiadamy wysokiej klasy głowice liniową o długości czoła 54 mm. Pragniemy podkreślić, że różnica 1 mm nie ma znaczenia w diagnostyce i nie wpływa negatywnie na jakość badania.
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy głowicę liniową posiadającą długość czoła 54 mm i posiadającą aż 192 elementy?
Pragniemy zauważyć, że różnica zaledwie 1mm nie ma wpływu na jakość głowicy oraz na jej wartości kliniczne, natomiast głowica którą chcemy zaoferować jest głowicą wysokiej klasy posiadającą aż 192 elementy więc tym samym jest znającą tańszą głowicą.
- XXIX. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 42**
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, - który nie posiada możliwości rozbudowy o głowicę z centralnym kanałem biopsyjnym przez czoło, natomiast posiada bardzo bogaty wybór głowic (w tym także convex) z różnego rodzaju nasadkami biopsyjnymi?

Pragniemy zauważyć, że głowica convex z centralnym kanałem biopsyjnym najczęściej używana jest w szpitalach klinicznych i jest typowo specjalistyczną głowicą np. Klinik Uniwersytetów Medycznych.

XXX. **Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 43**

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o zwartej i mobilnej konstrukcji który posiada szerokość 50 cm spełni wymóg Zamawiającego w punkcie 18.

XXXI. **Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A**

Prosimy o potwierdzenie iż w celu weryfikacji parametrów załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ.

XXXII. W pkt. 5.1 załącznika nr 1 – wzór Formularza Oferty Zamawiający wymaga „Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: 7 dni od zawarcia umowy, uruchomienie dostarczonego aparatu niezwłocznie od dostawy, nie później niż w ciągu 3 dni. „ Czy Zamawiający ze względu na okres wakacyjny zmieni wymóg na: „Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: 65 dni od zawarcia umowy, uruchomienie dostarczonego aparatu niezwłocznie od dostawy, nie później niż w ciągu 3 dni”?

W załączniku Załącznik nr 4A do SIWZ – ZADANIE NR 1, Zamawiający wymaga:

XXXIII. W pkt. II.1 Zamawiający określił parametr „Moc generatora ≥ 4 kW„ Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści aparat o nieznacznie mniejszej mocy 3,5 kW?

XXXIV. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni że względu na chłodzenie generatora wymagający wymaga aby podzespół ten był zamocowany poza ramieniem z lampą?

XXXV. W pkt. II.2 Zamawiający określił parametr „Częstotliwość generatora ≥ 150 kHz„ Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści aparat z generatorem HF o częstotliwości 40 kHz? Wzrost częstotliwości generatorów HF powyżej 20 kHz ze względu na impulsowy charakter przetwornika nie powoduje poprawy jakości obrazów diagnostycznych.

XXXVI. W pkt. II.3 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji napięć od 40 kV do 125 kV„ Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres regulacji napięć od 40 kV do 110 kV”? Dla tak małej mocy generatora zdjęcia przy 120 kV będą możliwe dla bardzo małych prądów więc będą mało kontrastowe zwłaszcza przy wykorzystaniu czytników CR.

XXXVII. W pkt. II.5 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji prądu od 5 mA do 100 mA„ Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres regulacji prądu od 30 mA do 80 mA”? Prądy rzędu 5 mA nie są wykorzystywane w praktyce rtg (nawet do zdjęć z ruchomą żuchwą), a przy tak małej

mocy generatora prąd 100 mA będzie dostępny tylko dla 40-42 kV czyli dla zdjęć wymagających mało mAs, a więc znacząco nie wpłynie jego wartość na czas ekspozycji.

- XXXVIII.** W pkt. II.6 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji mAs od 0,1 mAs do 250 mAs, Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres regulacji mAs od 0,2 mAs do 250 mAs”? Obciążenie prądowo czasowe $<0,5$ mAs nie jest wykorzystywane w praktyce nawet dla zdjęć noworodków. Ważniejsze dla diagnostyki jest maksymalna liczba mAs a ta w oferowanym przez naszą firmę aparacie wynosi ponad 300 mAs
- XXXIX.** W pkt. II.7 Zamawiający określił parametr „Zakres czasu ekspozycji od 1 ms do 6300 ms, Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres czasu ekspozycji od 3 ms do 5000 ms”? Czasy < 5 ms nie jest wykorzystywane w praktyce nawet dla zdjęć noworodków. Natomiast wykonanie zdjęcia o czasie 6,3s jest zabronione przez prawo polskie (Załącznik 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r)
- XXXX.** W pkt. II.10 Zamawiający określił parametr „Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej ≥ 500 ,Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na „Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej ≥ 40 ”? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „ogranicza się stosowanie jezdnego i przenośnego sprzętu radiologicznego wyłącznie do przypadków, gdy przybycie pacjenta do stacjonarnego urządzenia radiologicznego jest przeciwwskazane ze względów medycznych.” Dlatego wymóg 500 programów jest zbyt wygórowany.
- XXXXI.** W pkt. II.11 Zamawiający określił parametr „Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran, Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na „Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran lub membranowy pulpit”? Pulpit membranowy jest dużo praktyczniejszy i wygodniejszy gdy obsługa używa rękawiczek.
- XXXXII.** W pkt. III.8 Zamawiający określił parametr „Możliwość odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy, Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zrezygnuje z tego wymogu? Dodatkowy pulpit jest bezużyteczny ponieważ technik zawsze wykonuje zdjęcia zawsze co najmniej z aparatu rtg.
- XXXXIII.** W pkt. IV.5 Zamawiający określił parametr „Waga aparatu ≤ 70 kg,Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Waga aparatu ≤ 120 kg”.
- XXXXIV.** W pkt. IV.7 Zamawiający określił parametr „Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 40 cm Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 51 cm”. Do zdjęć przyłóżkowych ta wartość jest wystarczająca.
- XXXXV.** **Pyt. 1**
- Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

XXXXVI. Pyt. 2 pkt. 6

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry o zakresie częstotliwości 2-12MHz? Zamawiający określa maksymalny zakres oferowanych głowic na 12MHz. Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba.

XXXXVII. Pyt. 3 pkt. 27

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z klawiaturą alfanumeryczną z podświetleniem, LED, znajdującą się na pulpicie? Takie rozwiązanie nie wpływa na jakość obrazowania a w wielu przypadkach przyspiesza pracę, nie wymuszając od użytkownika ciągłego wysuwania i chowania klawiatury. Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba.

XXXXVIII. Pyt. 4 pkt. 35

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą liniową o szerokości czoła 55 +/-5 mm? Takie rozwiązanie w wielu przypadkach może okazać się korzystniejsze, gdyż łatwiej dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc a jakość obrazowania nie ulega pogorszeniu. Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba.

XXXXIX. Pyt. 5 pkt. 41

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości podłączenia głowicy laparoskopowej? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba.

XXXXX. Pyt. 6 pkt. 42

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości podłączenia głowicy z centralnym kanałem biopsyjnym? Niemal do każdej głowicy istnieje

możliwość zastosowania przysadki biopsyjnej oraz oprogramowania, uwidaczniającego tor igły, co pozwala na precyzyjne dokonanie wkłucia. Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba.

XXXXXI. Pytanie 1. W związku z wątpliwością prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający specyfikując czas rozpoczęcia naprawy miał na myśli reakcję serwisu na zgłoszenie?

XXXXXII. Pytanie 2. W związku z wątpliwością wynikającą z faktu że, stwierdzenie wystąpienia awarii jest możliwe w przypadku obecności serwisanta w miejscu instalacji sprzętu, (w przeciwnym razie dysfunkcja urządzenia może wynikać z błędu obsługowego lub np. z błędu sieci zasilającej) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje/dopuszcza, usunięcie usterek lub wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenie przedmiotu równoważnego na okres naprawy wyniesie do 48 godzin od stwierdzenia zaistnienia przyczyny dysfunkcji w przedmiocie zamówienia?

Zamawiający udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Ad. I – XXX): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: *Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy **wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji**, przysługuje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA.*

Z uwagi na fakt, iż **wystąpienie Wykonawcy** nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, które on powziął, ale **jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ** - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Ad. XXXI): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: *Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy **wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji**, przysługuje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA.*

Z uwagi na fakt, iż **wystąpienie Wykonawcy** nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, które on powziął, ale **jest nieprzewidzianym przez ww. przepis: żądaniem potwierdzenia okoliczności** - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Ad. XXXII – XXXIV): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: *Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy **wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji**, przysługuje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA.*

Z uwagi na fakt, iż **wystąpienie Wykonawcy** nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, które on powziął, ale **jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ** - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Ad. XXXXV): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: *Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd.* – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA.

Z uwagi na fakt, iż **wystąpienie Wykonawcy** nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, które on powziął, ale **jest nieprzewidzianym przez ww. przepis: żądaniem potwierdzenia okoliczności** - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Ad. XXXXVI – XXXXX):) przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: *Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd.* – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA.

Z uwagi na fakt, iż **wystąpienie Wykonawcy** nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, które on powziął, ale **jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ** - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania.

Ad. XXXXXI): *Zamawiający specyfikując czas rozpoczęcia naprawy nie miał na myśli reakcji serwisu na zgłoszenie.*

Ad. XXXXXII): *Zamawiający oczekuje, że usunięcie usterek lub wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenie przedmiotu równoważnego na okres naprawy wyniesie do 48 godzin od przyjęcia przez serwisanta zgłoszenia o nieprawidłowej pracy urządzenia.*

za Zamawiającego:

adw. Paweł Michalski