

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG - zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, bez możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową na dzień składania oferty? Głowica taka będzie dostępna w połowie czwartego kwartału tego roku.
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, bez możliwości rozbudowy o głowicę z centralnym kanałem biopsyjnym? W zamian oferujemy szeroką gamę przystawek biopsyjnych do wszystkich oferowanych głowic
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę endocavity z pasmem 5-9 MHz, obrazowaniem harmonicznym i znacznie większym kątem widzenia bo aż 160 stopni?

Dotyczy :SIWZ do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG”

Znak sprawy: ZP 09/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 1. zwracamy się do Zamawiającego o zwrócenie uwagi na udzielanie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zadanie 1

dot. Załączniki nr 4 A oraz 5 do SIWZ.

Zamawiający określa warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla całości przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 i 2) w załączniku nr 5 do SIWZ oraz dla aparatu RTG jezdnego (zadanie nr 1) w załączniku nr 4A. Z uwagi na rozbieżność wymagań w obu załącznikach prosimy o ujednoczenie zapisów z uwzględnieniem następujących pytań:

4. Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego w których czas rozpoczęcia prac naprawczych od chwili zgłoszenia awarii będzie wynosił do 48 godzin w dni robocze?
5. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego w których maksymalny czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia (aparat RTG) lub dostarczenia sprzętu równoważnego na okres naprawy od czasu rozpoczęcia prac naprawczych będzie wynosił do 48 godzin w dni robocze?
6. Pytanie 3. Czy „max 2 dni” wymagane jako graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego okres trwania gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji odnosi się zgodnie z wymaganiami innych zamawiających do dni roboczych?

Komentarz: Pragniemy zwrócić uwagę, że obecne wymogi zawarte w załączniku nr 5 są nadbyt rygorystyczne i mogą powodować, że żaden z potencjalnych Wykonawców nie złoży oferty przetargowej lub koszty konieczne do uwzględnienia przy kalkulacji cen przetargowych będą niewspółmierne do korzyści jakie tak stanowcze wymagania mogą przynieść Zamawiającemu. Przykładowo obowiązek usunięcia usterek w terminie do 12 godzin od momentu ich zgłoszenia jest przy jednoczesnym wymaganiu czasu rozpoczęcia prac naprawczych (również do 12 godzin od chwili

zgłoszenia awarii) praktycznie niemożliwy do spełnienia bez posiadania wykwalifikowanego inżyniera z natychmiastowym dostępem do wszelkich części zamiennych w siedzibie Zamawiającego.

7. Pytanie 4. Dot. SIWZ (Termin wykonania zamówienia) oraz projekt umowy par. 2 ust. 1 Z uwagi na krótki termin dostawy aparatu RTG, prosimy o dopuszczenie dostarczenia aparatu zastępczego (używanego do prezentacji), o parametrach w pełni odpowiadających wymaganiom Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Aparat docelowy (zaoferowany) zostanie dostarczony w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

I

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę uprotu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG, znak sprawa: ZP 09/2013.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące

pytania:

1. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek na koniec 2012r.
2. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie Internetowej Zamawiającego rachunków wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
3. Prosimy o potwierdzenie, że druga rata płatna będzie na koniec miesiąca następującego po dacie płatności pierwszej raty.
4. Prosimy o dodanie do wzoru umowy w §10 ustęp 4 zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Kupującym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
5. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.
6. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §7 punkt 2 wzoru umowy: „(...) co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia z wierzytelności Wykonawcy”.
7. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o ograniczenie wysokości kary opisanej w §9 ustęp 2 do wysokości 5% wartości umowy. Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy, prosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie kary umownej obciążającej Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w analogicznej wysokości.
8. Prosimy o zmianę zapisu §8 umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”
9. Prosimy o zmianę zapisu § 12 umowy i nadanie mu brzmienia „Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez **pisemnego powiadomienia** Zamawiającego wierzytelności wynikających zrealizacji niniejszej umowy.”
10. Prosimy o zmianę zapisu zdania drugiego §11 poprzez nadanie mu brzmienia „Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy”.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP 09/2013 na zakup i dostawę aparatu RTG jezdnego oraz na zakup i dostawę aparatu USG

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 2 tygodni?
2. W par. 4 punkt 2 projektu umowy opisany jest sposób rozliczenia się za wykonaną dostawę. Przy uwzględnieniu terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na podpisanie umowy wykonanie dostawy i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia, faktura może być wystawiona najwcześniej ok. 25 września. Tymczasem - zgodnie z treścią cytowanego punktu - pierwsza rata ma być zapłacona w ciągu 3 miesięcy, druga w kolejnym miesiącu, a trzecia – do końca 2013 roku. Prosimy o wyjaśnienie jak to ma się dokonać w praktyce. .
Proponujemy dokonanie takiej zmiany, aby rozliczenie nastąpiło do końca 2013 r.
3. W załączniku nr 5 „Warunki gwarancji i serwisu”:
 - w trzecim wierszu tabelki na rozpoczęcie prac wyznaczono 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Termin ten jest **za krótki**. Jeżeli zgłoszenie serwisowe przysłane zostanie np. o godzinie 14:00, to zgodnie z wymaganiami SIWZ serwis powinien być na miejscu awarii nie później niż o godzinie 2:00 w nocy. Racjonalny termin spełnienia tego warunku - to 48 godzin, przy czym do tego terminu nie mogą być wliczane dni ustawowo wolne od pracy.
 - Prosimy o wydłużenie terminu do 2 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia.**
 - w czwartym wierszu tabelki na usunięcie usterek lub wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenie sprzętu zastępczego Zamawiający wyznaczył maksymalnie 12 godzin, a w p. 2 pod tabelą napisano, że „wszystkie terminy wskazane w tabeli liczone są od momentu zgłoszenia awarii, wad, czy usterek...”Serwis musi mieć czas na dojazd, diagnozę i dokonanie naprawy, dlatego **prosimy o wydłużenie terminu dokonania naprawy do 3 dni roboczych** licząc od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

21

4. W ósmym wierszu tabelki załącznika nr 5 „Warunki gwarancji i serwisu” jest następujące wymaganie: „Dostępność usług serwisowych – telefonicznie, 7 dni w tygodniu 24 h na dobę. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o możliwość dokonania zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem lub mailem)

Dotyczy: Zakup i dostawa aparatów RTG i USG. ZP 09/2013

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Ad.1 Dot. Tabela A pkt. 6

22

Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy wyprodukowany w roku 2013 o wybieranych częstotliwościach pracy w trybie 2D dla podłączonych do aparatu głowic w zakresie od 2 do 12MHz?

Zamawiający nie wymaga żadnej głowicy której częstotliwość byłaby wyższa niż 12 MHz, zatem wymóg ten jest nieuzasadniony i ogranicza jedynie konkurencję.

Ad.2 Dot. Tabela A pkt. 47

23

Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta o wadze do 100kg?

Waga aparatu stacjonarnego różniaca się jedynie o 15 kg nie ma żadnego wpływu na wartość diagnostyczną aparatu i ogranicza jedynie konkurencję w przedmiotowym postępowaniu.

Ad.3 Dot. Tabela A pkt. 41

24

Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat wysokiej klasy bez możliwości podłączenia na dzień składania ofert głowicy laparoskopowej a posiadający taką możliwość w przyszłości?

Zamawiający w pkt 43 oraz 44 dopuścił taką możliwość w przypadku głowic, które są znacznie częściej stosowane aniżeli głowica laparoskopowa wykorzystywana prawie wyłącznie w specjalistycznych procedurach klinicznych.

Ad.4 Dot. Tabela A pkt. 42

25

Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta bez możliwości podłączenia na dzień składania ofert głowicy z centralnym kanałem biopsyjnym przez czoko głowicy, a posiadający taką możliwość w przyszłości?

Zamawiający w pkt 43 oraz 44 dopuścił taką możliwość w przypadku głowic, które są znacznie częściej stosowane aniżeli głowica laparoskopowa wykorzystywana prawie wyłącznie w specjalistycznych procedurach klinicznych

Ad.5 Dot. Tabela A pkt. 27

26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z klawiaturą alfanumeryczną do wprowadzania danych oraz opisów, bez możliwości schowania jej pod pulpit operatora.

Klawiatura alfanumeryczna zastosowana w oferowanym przez nas aparacie jest umieszczona w dostępnym dla operatora miejscu i umożliwia ergonomiczną pracę na urządzeniu.