

***Pismo Zamawiającego w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego przez Zamawiającego znakiem: ZP 06/2016***

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów typu C.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Dot. pkt 9 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne renomowanego europejskiego producenta, które spełniają europejskie i polskie normy PN EN 1789 i PN EN 1865 i ich najnowsze aktualizacje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 2:

Dot. pkt 4 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak sieciowo – akumulatorowy wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz z doczepianą od przodu ssaka torebkę na akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dot. pkt 3 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator zasilany 12 V DC bezpośrednio z uchwytu zainstalowanym w ambulansie. Takie rozwiązanie powoduje ładowanie baterii defibrylatora przy każdym wpięciu urządzenia w uchwyt i nie ma konieczności posiadania odrębnej ładowarki 220/230 V AC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

dot. pkt 7 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator dwufazowy charakteryzujący się kształtem prostokątnym fali defibrylacji zgodnym z wytycznymi ERC 2015 w zakresie 2-200J.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

dot. pkt 13 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator, w którym wyjściowe natężenie prądu podczas przeprowadzania stymulacji przez skórnej wynosi 0-150 mA. Z punktu terapeutycznego jest do zakres wystarczający do przeprowadzenia procedury stymulacji przez skórnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

dot. pkt 16 SIWZ: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w moduł NIBP z zakresem:

- skurczowe 40-250
- rozkurczowe 20-200
- średnie 26-200

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

dot. pkt 23 SIWZ:

5. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w modem GSM dający możliwość teletransmisji 12 odprowadzeni-owego EKG na zdefiniowane adresy e-mailowe, bez konieczności budowania stacji odbiorczych co przekłada się również na koszty eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby na ekranie głównym była możliwość podglądu 6 odprowadzeń EKG? Takie rozwiązanie znacząco wpływa na decyzje diagnostyczne i ma wpływ na szybkość podjętych działań medycznych czynności ratunkowych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby na ekranie były wyświetlane co najmniej 3 krzywe EKG.

Pytanie nr 9:


dot. Pkt 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator reanimacyjno – transportowy o zasilaniu pneumatyczno - akumulatorowym, wyposażony w ekran o przekątnej 5 cali, tryby IPPV, SIMV, RSI, CPAP, CPR, dostarczany w ochronnej obudowie mieszczącej respirator, butlę 2l O₂, reduktor, przewód pacjenta z zaworem do sterylizacji, torebką na akcesoria, płucem testowym, dodatkowym przewodem ciśnieniowym umożliwiającym podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła O₂, mocowaniem ściennym z ładowaniem respiratora bezpośrednio po wpięciu, spełniającym wymagania normy PN EN 1789?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Za Zamawiającego:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
i Kwalifikacji

mgr Dominik Cukiert