

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dostaw nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych, ZM/30/2020

Zadanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych z kwasu poliglikolowego, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o ok. 70% początkowej wytrzymałości na rozciąganie po 2 tygodniach i czasie całkowitego wchłonięcia do 90 dni?

ODP: NIE

Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim?

ODP: NIE

Zadanie nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

ODP: NIE

Zadanie nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

ODP: NIE

Zadanie nr 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

ODP: NIE

Zadanie nr 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

ODP: TAK

Zadanie nr 2, pozycja 15 i 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” ?

ODP: NIE

Zadanie nr 2, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

ODP: NIE

SP ZOZ

Tomaszowska 43

26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą