



**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU**

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego- Drobny sprzęt medyczny.*

Dotyczy Obwód oddechowy pozycja 7- Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych 160 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych 160 cm.**

Dotyczy Obwód oddechowy pozycja 8 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych o długości 1, 6m trzecia rura 80 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza obwołu oddechowego jednorazowego dla dorosłych o długości 1, 6m trzecia rura 80 cm.

Dotyczy Obwód oddechowy pozycja 8 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych o długości 1, 8m trzecia rura 100 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza obwód oddechowy jednorazowy dla dorosłych o długości 1, 8m trzecia rura 100 cm.**

Dotyczy worek oddechowy pozycja 20- Czy zamawiający dopuści worek oddechowy 2,6 L?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza worek oddechowy 2,6 l**

Dotyczy worek oddechowy pozycja 20- Czy zamawiający dopuści worek oddechowy 2,5 L?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza worka oddechowego 2,5 l.**

DYREKTOR  
samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Pilicą  
*Barbara Gajstowska*