



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIĘŚCIE NAD PILICĄ



Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Drobny Sprzęt Medyczny” znak sprawy: ZP/2/2020

Zadanie 1 poz.30-34

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zadanie 1 poz.30a-30g

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł tylko długościętych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.30h

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł tylko krótkościętych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych w rozmiarach 0,6x30mm oraz 0,8x40mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł typu Motylek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu motylek o długości 20mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena 29GX12,7mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.33

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co miał na myśli pisząc nasadka biała?

Odp.: Chodzi o nasadkę na igły koloru białego dla lepszej widoczności przez osoby starsze.

Zadanie 1 poz.37,38

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Zadanie 1 poz.37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiadająca dwa paski radioceniujące i samodomykający się koreczonek portu

ul. Tomaszowska 43 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą Tel: (0-48) 67- 43- 800 Fax: (0-48) 67 - 40 - 040



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ



bocznego, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia, igła silikonizowana z trójkątym ostrzem. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 100 ml/min |
| | 18 G | 1,3 x 32 | 105 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 61 ml/min |
| | 20 G | 1,1 x 25 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.38

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniula posiadała zdejmowany uchwyt?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz.38

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniula była wyposażona w 4 paski radiocieniujące?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz.43,44

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1 poz.43

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka był położony poniżej jego krawędzi co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz.44

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz.62

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1 poz. 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 1,2um, bez zastawki



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1 poz.62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu mini-spike pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1 poz.93,94

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1 poz.93

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy o średnicy 1,2mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.97-99

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1 poz.97

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu TS z komorą kroplową o długości 9cm w części przezroczystej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.98,99

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu IS z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej, długość całej komory: 62mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz.99

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd IS był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren oraz igłę po użyciu?

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.114-119

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1 poz.114

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały tłok w kolorze kontrastującym innym niż biały/mleczny?

Odp.: Zgodnie z zapisem.



Zadanie 1 poz.114

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie wymogu oznaczenia kolorystycznego pojemności strzykawki na opakowaniu każdej z nich, gdyż wymóg ten znacznie ogranicza konkurencyjność ofert i wskazuje tylko jednego producenta na rynku. Oferowane przez nas strzykawki zawierają oznakowanie kolorystyczne na opakowaniu zbiorczym, dlatego też Zamawiający może zidentyfikować rozmiar strzykawki.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.114

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a'100 szt/ a'80 szt? Oferowane przez nas strzykawki są w opakowaniu jednostkowym folia-papier - przez część przezroczystą (foliową) widać rozmiar strzykawki, ponad to zamieszczony jest wyraźny opis rozmiaru na części papierowej. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu a'100 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz. 114d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki pakowanej po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.115

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tbc z igłą 0,45x13mm.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.116-117

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.118-119

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 1 poz.119

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w 2 funkcjonalne reduktory luer?

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.118,119

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawek widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Odp.: Zgodnie z zapisem.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ



Zadanie 1 poz.118,119

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawk pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp.: Zgodnie z zapisem.

Zadanie 1 poz.136

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska