



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIĘŚCIE NAD PILICĄ



Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Drobny Sprzęt Medyczny”, znak sprawy ZP/2/2020

Zadanie 1, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści basen sanitarny wykonany z tworzywa sztucznego, który można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

Odp.: Basen do wskazanej myjni dezynfektora musi posiadać przede wszystkim krótki uchwyt by zmieścił się w myjni.

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran z jednym oczkowym uchwytem do zamocowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 250ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania, dostępny w rozmiarach CH 6 – 10 (długość 400mm) oraz CH 12 – 24 (długość 600mm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu (EO)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a z plastikową zastawką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a 100% silikon z plastikową zastawką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a 100% silikon, z balonem o pojemności 5-10ml lub 30ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Tiamann o powierzchni standardowej, przezroczysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ



Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany w 100% z silikonu medycznego, o długości ramion 18/45cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren Redon z pojedynczym czytelnikiem głębokości (5 cm od zakończenia perforacji), zamiast cyfrowej podziałki głębokości, perforacja na długości 14-15cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczno-mechaniczny z płaską membraną filtrującą, o przestrzeni martwej 55ml, o oporze przepływu ok. 3,3cm H₂O przy przepływie 60l/min, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 18G x 90mm lub 22G x 40mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 31

Czy zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na ilość zamawianych opakowań (10 opakowań)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 32

Czy zamawiający dopuści igłę iniekcyjną typu Motylek pakowaną pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z ewentualnym zwiększeniem do 300 szt.

Zadanie nr 1, pozycja 34

Czy zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z fiolek, tępą, ściętą pod kątem 40 stopni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 67 opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 43



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ



Czy zamawiający dopuści koreczki do zamykania kaniul pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem 52 opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 54

Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze granatowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier i długości drenu 210 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniach folia-papier i długości drenu 210 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 8ml, drenem o długości 210cm, w opakowaniach folia-papier?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 62

Czy zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z filtrem powietrza 1,2 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 63

Czy zamawiający dopuści nakłuwacz do palca, jednorazowy w rozmiarach 1,8 mm oraz 2,4 mm z pominięciem rozmiaru 1,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 72

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LifePack 11 w rolce o wymiarach 108mm x 23m?

Odp.: Zamawiający nie dopuści papieru o tych wymiarach, ponieważ rozmiar wskazany przez producenta to 106,5mm x25m.

Zadanie nr 1, pozycja 76

Czy zamawiający dopuści papier do KTG o wymiarach 151x90x150?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier do USG Mitsubishi K-65 110mm x 20m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIĘŚCIE NAD PILICĄ



Zadanie nr 1, pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści pensetę anatomiczną, wykonaną z polipropylenu (PP), o długości 13cm?

Zadanie nr 1, pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 200ml przeliczeniem ilości na 4 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowy w rolce perforowany co 37,5cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 89

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz (kaczka męska) wykonany z tworzywa sztucznego, który można dezynfekować i sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 90

Czy zamawiający dopuści pojemnik (słój) do dobowej zbiórki moczu który można dezynfekować i sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 96

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o chłonności 140ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 97

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi TS z komorą kropłową o długości całkowitej 95 mm, długość części przezroczystej 90 mm oraz części matowej 5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 98

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów typu IS z komorą kropłową o długości części przezroczystej 55 mm oraz części matowej 5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 109-110

Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną sterylną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 109-110

Czy zamawiający dopuści serwetę ochronną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 110

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114a

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową o poj. 2 ml rozszerzoną do 2,2 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114b

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową o poj.5 ml rozszerzoną do 5,5 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114c

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową o poj.10 ml rozszerzoną do 11 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 114d

Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową o poj.20 ml rozszerzoną do 22 ml, pakowaną po 50 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 115

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny 1 ml, skalowaną co 0,05 ml z dołączoną igłą 0,45 x 13 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 118

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50/60ml z pojedynczą skalą pomiarową, bez dodatkowego łącznika Luer?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 119

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 100ml z pojedynczą skalą pomiarową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 123

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 26 x 1mm ze szlifowanymi brzegami z matowym polem do opisu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 123

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 131b

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 140 x 250cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 131c

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 140 x 330cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Zadanie nr 1, pozycja 131d

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 190 x 330cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 134

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Zadanie nr 1, pozycja 135

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Zadanie nr 1, pozycja 142

Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne jednorazowe pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 150

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej zawierający trio igieł w rozmiarach 14, 16 i 19G, o długości 80mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 153

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena o długości 85cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1, pozycja 157

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 5ml, z przeliczeniem ilości na 360 opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści igły podpajęczynówkowe 22 G bez przewodnicy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową długą 120 mm 25 G z przewodnicą ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe silikonowe w których rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone są na korpusie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy podstawowy, 22mm długość 1,6m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**



Zadanie nr 2, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rozciągliwym z workiem o pojemności 3 litrów i rozciągliwych ramionach o długości maksymalnej 160cm oraz podatkową rozciągliwą trzecią rurą o długości 100 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 2,0 mm i długości roboczej 250±5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 3,3 mm i długości roboczej 350±5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm i długości roboczej 355±5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z elastycznego PVC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2, pozycja 18

Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela jednorazowe w rozmiarach 40 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA
d/s modułowych SP ZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą
Beata Kozieł
dr n.med. Beata Kozieł
specjalista pediatra

