

## **Odpowiedzi na pytania**

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową o długości 103 lub 120 z przewodnicą?

**ODP: NIE**

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy podstawowy, 22mm długość 1,6m?

**ODP: TAK**

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rozciągliwym z workiem o pojemności 3 litrów i rozciągliwych ramionach o długości maksymalnej 160cm oraz podatkową rozciągliwą trzecią rurą o długości 100 cm?

**ODP: TAK**

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę o rozmiarze CH15, średnicy 5 mm i długości całkowitej 600 lub 800mm?

**ODP: TAK**

Zadanie nr 1 , pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankiety, który jest wykonany z PCV?

**ODP: NIE**

Zadanie 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela o poniższych rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
000	40 mm
00	50 mm
0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm
5	110 mm
6	120 mm

**ODP: TAK**