

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 01.12.2025 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZM 28/2025 Zakup i dostawa ośmiu kardiomonitorów dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Pytanie 1

Dot. pkt. 25/26. Czy Zamawiający oczekuje okresu dostępności części min 8 lat, tak jak w tabelce opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, czy 10 lat jak we wzorze umowy – załącznik nr 2?

Odpowiedź: Zgodnie z Opiszem przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).

Pytanie 2

Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez złącza HDMI i gniazda kart pamięci, natomiast wyposażony w złącze VGA pełniące podobne zadanie oraz 4 porty USB, które w pełni umożliwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych do kardiomonitora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji?

Odpowiedź: Tak.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**