

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 01.12.2025 r.

## **Pytania i odpowiedzi nr 2**

**Dotyczy: ZM 28/2025** Zakup i dostawa ośmiu kardiomonitorów dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

### **Pytanie 1**

pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor modułowo-kompaktowy z ekranem dotykowym 15,6" z możliwością dodania w przyszłości 2 szt modułów przenoszonych pomiędzy kardiomonitorami ?

Takie rozwiązanie zapewni dużą niższą cenę zakupu w porównaniu z monitorem modułowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

### **Pytanie 2**

pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez gniazda HDMI ale z gniazdem USB i LAN ?

Poprzez gniazdo USB można aktualizować oprogramowanie czy też zgrywać dane z monitoringu pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**