

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 01.12.2025 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZM 30/2025 Zakup i dostawa trzech aparatów EKG z wózkami dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z akumulatorem Li-jon 7,2V 2,2Ah (5,5 h zapisu; 1,5 h wydruku – ok. 150 badań)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG bez analizy HRV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**