

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 02.12.2025 r.

## **Pytania i odpowiedzi nr 2**

**Dotyczy: ZM 30/2025** Zakup i dostawa trzech aparatów EKG z wózkami dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

### **Pytanie 1**

(dotyczy pkt 10 OPZ)

Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG z automatyczną analizą zapisów oraz wbudowaną bazą raportów, m.in.: standardowe EKG, HRV, SAECG, VCG, ST-view/ST-map, ale bez ograniczania liczbowego -> czy dopuszczą wiele raportów generowanych automatycznie bez ograniczenia ilościowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2**

(dotyczy pkt 16 OPZ)

Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG z wbudowanym akumulatorem o czasie pracy do ok. 2 godzin, z możliwością ładowania?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ i wcześniejszymi dopuszczeniami udzielonymi na zadane pytania.**

### **Pytanie 3**

(dotyczy pkt 16 OPZ)

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym akumulatorem (z możliwością ładowania), który pozwala na wykonanie 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ i wcześniejszymi dopuszczeniami udzielonymi na zadane pytania.**

### **Pytanie 4**

(dotyczy pkt 6 OPZ)

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie tryb długoczasowy rejestracji zapisu EKG?

**Odpowiedź: Zamawiający rozumie, że aparat potrafi nagrywać ciągły, wielominutowy zapis we wszystkich 12 odprowadzeniach jednocześnie.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**