

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 03.12.2025 r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: ZM 30/2025 Zakup i dostawa trzech aparatów EKG z wózkami dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, którego czas pracy na akumulatorze wynosi minimum 350 minut?;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy Aparat EKG, który współpracuje z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań? Kompleksowa platforma gwarantuje wspólną bazę pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych i generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**