

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 05.12.2025 r.

### **Pytania i odpowiedzi nr 1**

**Dotyczy: ZM 33/2025 Zakup i dostawa wyposażenia medycznego do transportu i obsługi pacjentów dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.**

### **Zadanie nr 2 – Stojak do kroplówek – 30 szt.**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stojak z gwieździstą podstawą wykonaną ze stali chromowanej?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stojak z regulacją wysokości 150 – 210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stojak ze średnicą podstawy 54 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stojak z regulacją wysokości 120 – 220 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści alternatywny stojak z dwoma uchwytami do płynów infuzyjnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**