

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 05.12.2025 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZM 35/2025 Zakup i dostawa dwóch lamp mobilnych bezcieniowych dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie 16-28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy oznaczone znakiem CE, potwierdzonym deklaracją zgodności producenta? Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną nie jest wymagany dla wyrobów medycznych klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**