

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZM 37/2025 Zakup i dostawa fiberoskopu laryngologicznego dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterowanie końcówką: dwukierunkowe zgięcie: góra 180°, dół 180°? (parametr lepszy)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści procesor 12,1”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści monitor z wyjściem HDMI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**