

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: ZM 37/2025 Zakup i dostawa fiberoskopu laryngologicznego dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Pytanie 1

Załącznik Nr 1 OPZ do SWZ – Fiberoskop laryngologiczny – dotyczy pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści fiberoskop laryngologiczny o średnicy zewnętrznej 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Załącznik Nr 1 OPZ do SWZ – Fiberoskop laryngologiczny – dotyczy pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści fiberoskop laryngologiczny o polu widzenia 120°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Załącznik Nr 1 OPZ do SWZ – Fiberoskop laryngologiczny – dotyczy pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści fiberoskop laryngologiczny o sterowaniu końcówką góra/ dół 160°-130°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Załącznik Nr 1 OPZ do SWZ – Fiberoskop laryngologiczny – Czy Zamawiający wymaga wózka jezdny o podstawie min. 5 ramiennej, min. 2 koła wyposażone w hamulce. Wózek wyposażony w półkę z uchwytem na kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopu. Zestaw kuwet do dezynfekcji, płukania oraz przechowywania videonasopharyngoskopu. Kuwety do dezynfekcji i przechowywania wyposażone w adaptory teflonowe lub silikonowe do bezpiecznego posadowienia endoskopu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli wózek jezdny stanowi zestaw z fiberoskopem laryngologicznym i występuje jako jedna pozycja w fakturze.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**