

## **Pytania i odpowiedzi nr 2**

**Dotyczy: ZM 37/2025 Zakup i dostawa fiberoskopu laryngologicznego dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**

### **Pytania dotyczące załącznika nr 1: Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza/wymaga by urządzenie było wyposażone w system optyczny z ruchomym pierścieniem regulacji dioptrii (tj. by było w technologii optycznej, a nie cyfrowej)?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga urządzania o średnicy zewnętrznej końca dystalnego maks. 3,2mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 3**

Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiający wymaga urządzenia o średnicy zewnętrznej rurki wprowadzającej (wziernika) maks. 3,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 4**

Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zapis: Pole widzenia 85°?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 5**

Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuszcza by urządzenie umożliwiała kąty wychylenia końcówki dystalnej góra/dół: min. 130/130°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

Dotyczy pkt. 6: Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w bateryjne, przenośne źródło światła o cechach: Lampa typu LED, Wskaźnik żywotności baterii, Możliwość pełnego

zanurzenia wraz z endoskopem w środku dezynfekcyjnym, Waga nie większa niż 120g, Ilość godzin ciągłej pracy na jednej baterii min. 10h?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy pkt. 9,10,11,12: Czy w przypadku zmiany wymogu (lub dopuszczenia) na urządzenie z systemem optycznym (pytanie 1 ) Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymaganych punktów specyfikacji, gdyż nie znajdują one zastosowania w przypadku urządzeń optycznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było w pełni zanurzalne w środku dezynfekcyjnym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wymaga by koniec dystalny był wyposażony w min. dwa światłowody?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga regulacji dioptrii w zakresie min: +3 ~ -8 dptr.?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało długość całkowitą maks. 570mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**

#### **Pytanie 12**

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(...) i przenieść na własność Zamawiającego z chwilą uregulowania należności (...)” ?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

#### **Pytanie 13**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(...) o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 14**

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

**Pytanie 15**

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

**Pytanie 16**

Dotyczy zapisów umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 zapisu o poniższej treści: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**

