

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych rzeczy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy i nie rodzi prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek wynagrodzenia czy odszkodowania o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 10% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu objętego przedmiotem zamówienia w sytuacjach awaryjnych nie później niż w terminie 48 godzin liczonych od dnia otrzymania zamówienia w formie faksu lub telefonu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji ewentualnych wierzytelności wynikających z realizacji umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„za opóźnienie w dostarczeniu choćby jednej zamówionej rzeczy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień tego opóźnienia,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy, których przyczyną może być też odstąpienie od umowy, Zamawiającemu należą od Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy z wyłącznej winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku nieterminowej realizacji umowy lub braku realizacji dostawy choćby jednej zamówionej rzeczy, Wykonawca oprócz kar umownych zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie produktów nie dostarczonych, a zakupionych przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi: 20% wynagrodzenia określonego zapisem § 4 ust. 7.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„...po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 1

Poz. 2

Czy Zamawiający zechce sprostować zawartą informację?

Wymagana średnica Igły 7mm. Czy należy przyjąć, że jest to omyłka pisarska a Zamawiający wymaga Igły o śr. 0.7 mm tj. 22G?

Odpowiedź: Błąd Zamawiającego, prawidłowa średnica wynosi 0,7mm.

Poz. 4

Czy Zamawiający zechce zaakceptować Pętlę o średnicy osłonki 2.35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 13

Czy Zamawiający zechce zaakceptować klipsownicę o długości roboczej 160 cm i 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 14

Czy Zamawiający zechce zaakceptować szczotkę do gniazd zaworów o średnicach główek minimum 5-11 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 17

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie żelu w opakowaniach handlowych 145 ml?

Odpowiednio zwiększając ilość zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający prosi o przeliczenie ilości.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**