

Pytania i odpowiedzi nr 10

Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Zadanie 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 100cm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną, wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści rurki guedel w rozmiarach od 000 do 6 o długości odpowiednio od 40mm do 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 2 pozycja 15 - Czy zamawiający dopuści łyżki jednorazowe z magnetycznego stopu metalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 2 pozycja 15 - Czy Zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – wymagane potwierdzenie od producenta – załączone do oferty”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie 2, pozycja 16 - Czy zamawiający dopuści prowadnice z aluminium pokrytego medycznym PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z magnetycznego stopu metalu z ringiem w kolorze zielonym na górze rękojeści, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną w całości z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, a mocowanie łyżki wykonane z magnetycznego stopu metalu, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym – wymagane potwierdzenie od producenta – załączyć do oferty”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 2, pozycja 18-19 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie i jedną dołączoną osobno, od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 23 - Czy zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml, wadze 22g i przestrzeni martwej 35ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 2 pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 2 pozycja 26 - Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną kodowaną kolorystycznie::

ROZMIAR	KOLOR
0	biały
1	różowy
2	żółty
3	zielony
4	czerwony
5	niebieski
6	pomarańczowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie 2 pozycja 26 - Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną o przestrzeni martwej dla rozmiaru 0 – 25ml, rozmiaru 1 -47ml, rozmiaru 2 – 83ml, rozmiaru 3 – 125, rozmiaru 4 – 195, rozmiaru 5 -242, rozmiaru 6 -330ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie 2 pozycja 29abc - Czy zamawiający dopuści igłę o szlifie Pencil Point długości 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Zadanie 7, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści butelkę z 1 oczkiem do powieszenia i skalą co 50ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie 7, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzeciwległymi o długości 40cm dla CH8-10 i 60cm dla CH14-20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Zadanie 7, pozycja 3 -Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w 3 rozmiarach: S, M i L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 7, pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Zadanie 7, pozycja 7 - Czy zamawiający dopuści cewnik z plastikowa zastawka z balonem 5-15 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie 7, pozycja 13, 14 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do odsysania będą podłączane do ssaka elektrycznego, a zatem zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów medycznych mają być zarejestrowane w klasie IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Zadanie 7, pozycja 16 - Czy zamawiający dopuści dren o parametrach:

- Wykonany z miękkiego, nietoksycznego, medycznego silikonu
- Przepuszczalna dla promieni rentgenowskich linia w całej rurce
- Bardzo gładka powierzchnia rurki zapobiegająca zatykaniu
- Długość ramion 20cm x 60cm
- Rozmiary: CH10, CH12, CH14, Ch16, CH18
- Sterylny
- Opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Zadanie 7, pozycja 19 - Czy zamawiający dopuści sondę w rozmiarach CH16, CH18 i CH21 o długości 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Zadanie 7, pozycja 20 - Czy zamawiający dopuści kankę doodbytniczą o rozmiarach CH24 (średnica 8mm) oraz CH30 (średnica 10mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Zadanie 9, pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści wycenę za op. A80 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz oczekuje przeliczenia.

Pytanie 27

Zadanie 9, pozycja 7 - Czy zamawiający dopuści wycenę za op. a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz oczekuje przeliczenia.

Pytanie 28

Zadanie 9, pozycja 9-10 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia głowy i szyi, system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego. Jednoczęściowa konstrukcja. Pozostałe parametry:

PRZEZNACZENIE	Niemowlę, Dziecko, Mały dorosły	Dorosły z krótką, normalną i długą szyją
POZIOMY REGULACJI	3	16
ROZMIAR	480 x 130 mm	560 x 150 mm
WAGA	70 gram	111 gram
KOLORYSTYKA	Biały - Niebieski - Pomarańczowy	Biały - Niebieski - Czerwony
TWORZYWO (CZĘŚĆ PLASTIKOWA)	Polipropylen (Niebiesko – Biała część)	Polipropylen (Niebiesko – Biała część)
TWORZYWO (GĄBKA)	Polietylen (5 mm)	Polietylen (5 mm)
WYMIARY ZAPIĘCIA	150 x 25 mm (Pomarańczowy)	190 x 50 mm (Czerwony)
	80 x 25 mm (Biały)	100 x 50 mm (Biały)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 9, pozycja 12 - Czy zamawiający dopuści lusterka laryngologiczne o jednej średnicy 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 30

Zadanie 9, pozycja 16, 50 - Czy zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12x 20 x 0,5 cm po aktywacji grubość ok. 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie 9, pozycja 23 - Czy zamawiający dopuści opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej zapobiegający wystąpieniu odmy przężnej w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 32

Zadanie 9, pozycja 29 - Czy zamawiający wymaga podkładu podfoliowanego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Zadanie 9, pozycja 30 - Czy zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x90 cm, wykonany z 3 warstw Pulpa, PE, włóknina o chłonności 800ml w opakowaniu a' 30 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz oczekuje przeliczenia.

Pytanie 34

Zadanie 9, pozycja 53 - Czy zamawiający dopuści termometr bezdotkowy z dokładnością pomiaru $\pm 0,2$ °C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Zadanie 9, pozycja 61 - Czy zamawiający dopuści worek foliowy w jednym rozmiarze 220x90?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Zadanie 9, pozycja 64 - Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny bez zastawki, z funkcją Twist&Lock, która zapobiega wydostaniu się zawartości worka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Zadanie 9,, pozycja 64 - Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z wkładką żelującą jego zawartość, dla komfortu użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

Zadanie 9, pozycja 66 - Czy zamawiający dopuści wycenę wzierników w opak. 250sztuk wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz oczekuje przeliczenia.

Pytanie 39

Zadanie 9, pozycja 73 - Czy zamawiający dopuści sterylne szpatułki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Zadanie 12, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści elektrody na podłożu piankowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Zadanie 12, pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści jednoostrzowe golarki typu Gallant?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Zadanie 12, pozycja 10-12 - Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie 12, pozycja 22 - Czy zamawiający dopuści przewód pneumotachografu dPP o długości 1,5m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Zadanie 12, pozycja 24 - Czy zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu posiadający 6 wtopionych podłużnych pasków wzmacniających?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Zadanie 12, pozycja 33 - Czy zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50 mm x 30m?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**