

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 12.05.2025r.

## **Pytania i odpowiedzi nr 2**

**Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny**

### **Pytanie 1**

Zapytanie do pakietu nr 13: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w związku z faktem iż wstrzykiwacz Medrad Stellant generuje ciśnienie rzędu 325PSI, które przy niektórych wstrzyknięciach może ten poziom jeszcze przekraczać, Zamawiający oczekuje dostarczenia materiałów eksploatacyjnych (Zestawów 12h i drenów przeznaczonych do tych zestawów) o nominalnej wytrzymałości ciśnieniowej co najmniej 350PSI tak jak określa to producent wstrzykiwacza w instrukcji obsługi urządzenia?”

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 1 i 2 części nr Zamawiający wymaga aby złącze wielorazowego użytku z zestawu 12h i jednorazowy dren spiralny były wyposażone w łącznik typu „multiguard” z cofniętą ścieżką przepływu płynów, zabezpieczający przed przypadkową kontaminacją zestawu.”

**Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**