

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Zapytanie do pakietu nr 3

W związku z brakiem dostępności asortymentu w Pakiecie 3 pt: Akcesoria do laparoskopii pozycje od 7 do 9 i 13 do 15 w pełni odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego, wnosimy o wykreślenie w/w pozycji z pakietu lub wyrażenie zgody na złożenie tylko oferty na pozycje od 1 do 6 i od 10 do 12.

Odpowiedź: Błąd Zamawiającego. Pozycje 7-9 zostały wykreślone.

Zamawiający nie wykreśla pozycji 13 – 15 w zadaniu nr 3 z uwagi na dopuszczenie zgodnie z pytaniem 4 i 5.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Pakiet 3 pozycja 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie trokara 10 mm z grotem bezpiecznym tnącym, składający się z kaniuli żłobkowanej przezroczystej o średnicy 10 mm z portem do insuflacji, długość kaniuli 10 cm, bezpiecznego grotu o średnicy 10 mm z ostrzem liniowym i wskaźnikiem aktywacji, redukcja automatyczna dla narzędzi laparoskopowych 5 i 10mm, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 3 pozycja 12. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Elektrody laparoskopowej - hak "L", długość 360mm X Ø5mm, , instrument z ceramiczną izolacją końcówki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 3 pozycja 13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu z końcówką Luer-Lock o średnicy wewnętrznej 5mm lub 6mm i długości 200cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 3 pozycja 15. Czy zamawiający dopuści elektrodę kompatybilną z aparatem Erbe: Elektrode neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**