

Pytania i odpowiedzi nr 5

Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Zadanie 1:

Poz. 1. Czy Zamawiający ze względu na wycofanie z produkcji drenów jednorazowych – dopuści dreny jednodniowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igły do skleroterapii o śr. narzędzia 2,4 mm, średnica igły 0, 6 mm lub 0,8 mm; długość igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), długość robocza 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści olejek silikonowy, który objęty jest stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji, wyposażone w skalowaną rękojeść, średnica narzędzia 2,4 mm, średnica pętli 10mm, 15 mm, 25mm oraz 32 mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pałapki 5-komorowe, podłączane na przewód ssaka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 10 oraz 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji nr 10 oraz 11 w jedną pozycję oraz zaoferowanie w niej 5 szt. zestawów zaworów ssący+powietrzno-wodny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe klipsownice o długości roboczej wyłącznie 230 cm, z możliwością rotacji 360 stopni, otwarcie ramion klipsa 11 mm oraz 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących zawierający: szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230 cm. Średnica szczotek 6 mm. Pasujące do kanału roboczego: 2,8 mm, 3,2 mm; szczotka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5 mm i 12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**