

## Pytania i odpowiedzi nr 7

### Dotyczy: ZP 2/2025 Drobnny sprzęt medyczny

#### **Pytanie 1**

Zadanie nr 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka dostępnego tylko w kolorze zielonym lub tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 2**

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z wstawką chłonną na całym obwodzie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 3**

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków pak. a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wraz z przeliczeniem ilości.**

#### **Pytanie 4**

Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów odzieży operacyjnej dostępnych w rozmiarach S-XXXL do wyboru Zamawiającego i dokona modyfikacji formularza cenowego poprzez wykreślenie „182-188cm”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

Zadanie 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wraz z przeliczeniem ilości.**

#### **Pytanie 6**

Zadanie 4, pozycja 6-7 - Czy nie zaszła omyłka w podanej jednostce miary i zamiast sztuk winno być opakowanie? Podano ilość dla poz. 6 – 10szt, dla poz. 7 – 20szt przy czym przedmiotem zamówienia są maski w opakowaniu a'50szt? Podane ilości nie pokrywają się nawet z jednym opakowaniem masek.

**Odpowiedź: Błąd Zamawiającego, poprawna jednostka miary – opakowania.**

**Zamawiający udostępnia zaktualizowany Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie 7**

Zadanie nr 4, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 8**

Zadanie nr 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne z 1 taśmą w komplecie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 9**

Zadanie nr 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści 1 taśmę pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 10**

Zadanie 4, pozycja 11, 12 Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 11**

Zadanie 4, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 12**

Zadanie 4, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 13**

Zadanie 4, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową PE+PP 50cm x 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 14**

Zadanie 4, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem i przylepcem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 15**

Zadanie 4, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 70cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 16**

Zadanie 4, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem przylepnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 17**

Zadanie nr 4, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 18**

Zadanie 4, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 19**

Zadanie 4, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem w wielkości 6cm x 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 20**

Zadanie 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści worek w wielkości 80cm x 145cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 21**

Zadanie nr 4, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cmx190cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 22**

Zadanie 4, pozycja 21 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania setonu zarówno 2 m i 1 m do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień, czy należy zaoferować albo 2m albo 1m do wyboru przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 23**

Zadanie 4, pozycja 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 24**

Zadanie 4, pozycja 22, 25f - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 25**

Zadanie 4, pozycja 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej o wymiarach 96 x 96 x 136 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 26**

Zadanie 4, pozycja 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej bawełnianej o wymiarach 96 x 96 x 130 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 27**

Zadanie nr 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran z jednym oczkowym uchwytem do zamocowania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 28**

Zadanie nr 7, pozycja 2 a Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania, dostępny w rozmiarach CH 10 (długość 400mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 29**

Zadanie nr 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowodowy Nelaton o długości 40cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 30**

Zadanie nr 7, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu (EO)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 31**

Zadanie nr 7, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści opakowanie wew. foliowe i zewn. Papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 32**

Zadanie nr 7, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a 100% silikon z plastikową zastawką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 33**

Zadanie nr 7, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley'a 100% silikon z balonem 5-10ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 34**

Zadanie nr 7, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści dreny bez cyfrowej podziałki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 35**

Zadanie nr 7, pozycja 18, 24, 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycje 18, 24, 27 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 36**

Zadanie nr 7, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści sondy o długości 850mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 37**

Zadanie nr 7, pozycja 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 85cm, z przewodnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 38**

Zadanie nr 7, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze 12, 14, 16?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 39**

Zadanie nr 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igły długo ścięte?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 40**

Zadanie nr 8, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wraz z przeliczeniem na ilości.**

#### **Pytanie 41**

Zadanie nr 8, pozycja 5b Czy Zamawiający dopuści igłę do pena 0,33x12mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 42**

Zadanie nr 8, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 43**

Zadanie 8, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 44**

Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 45**

Zadanie 8, pozycja 17 a, b, c Czy Zamawiający dopuści pęsety o długości 13cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 46**

Zadanie 8, pozycja 19, 21 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej, długość całkowita 60mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 47**

Zadanie 8, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 48**

Zadanie 8, pozycja 24-25 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 49**

Zadanie 8, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 50**

Zadanie 8, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 51**

Zadanie nr 8, pozycja 28, 29, 33, 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycje 28, 29, 33, 35 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 52**

Zadanie 8, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści zestaw z trzema igłami 14, 16, 19 o długości 80mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 53**

Zadanie 8, pozycja 32 Czy Zamawiający dopuści końcówki w rozmiarze 2,75mm oraz 4,25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 54**

Zadanie 8, pozycja 39 Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH<sub>2</sub>O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulka. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 55**

Zadanie 8, pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia rozszerzony 18G/90mm rozszerzony?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 56**

Zadanie 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 57**

Zadanie 9, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

**Pytanie 58**

Zadanie 9, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

**Pytanie 59**

Zadanie 9, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści lusterko medyczne o średnicy 19 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 60**

Zadanie 9, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści maseczkę pakowaną a'1 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 61**

Zadanie 9, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

**Pytanie 62**

Zadanie 9, pozycja 21, 38 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

**Pytanie 63**

Zadanie 9, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

**Pytanie 64**

Zadanie 9, pozycja 39 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione nitkami bawełniano-poliestrowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 65**

Zadanie 9, pozycja 39 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o chłonności 140ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 66**

Zadanie 9, pozycja 42, 43 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 67**

Zadanie 9, pozycja 51 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 68**

Zadanie 9, pozycja 57 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 69**

Zadanie 9, pozycja 60 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 70**

Zadanie 9, pozycja 62-63 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 71**

Zadanie 9, pozycja 64 Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1000ml ze skalą pomiarową (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 72**

Zadanie 9, pozycja 64 Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach:

wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzielin

szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem

obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią

kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”

pojemność całkowita worka: 2000 ml

dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu

kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem

nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku

nie zawiera lateksu

nie zawiera ftalanów

jednorazowego użytku

niesterylny

okres trwałości: 5 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 73**

Zadanie 9 pozycja 66 Czy zamawiający dopuści wycenę wzierników usznych jednorazowych za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem na ilości.**

### **Pytanie 74**

Zadanie 9 pozycja 70 Czy zamawiający dopuści worek o pojemności 1500ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 75**

Zadanie 9 pozycja 70 Czy zamawiający dopuści zestaw sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 76**

Zadanie 9 pozycja 73 Czy zamawiający może doprecyzować czy wymaga zaoferowania 100szt. szpatulek czy 100op.a'100szt?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 100 opak po 100 szt.**

### **Pytanie 77**

Zadanie 9 pozycja 73 Czy zamawiający dopuści szpatułki sterylne zapakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 78**

Zadanie 12, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem o długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 79**

Zadanie 12, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z workiem z drenem długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 80**

Zadanie 12, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 8ml i z drenem o długości 210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 81**

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 82**

Zadanie 12, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści dreny z 8 podłużnymi paskami wzmacniającymi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 83**

Zadanie 12, pozycja 32-39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 12 pozycje 32-39 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**