

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZP 3/2025 Drobny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pt. „wielkość oferowanego opakowania” do formularza asortymentowo-cenowego. Prośbę swoją argumentujemy tym, iż ułatwi to Zamawiającemu realizację potencjalnych zamówień.

Odpowiedź: Brak zgody na modyfikowanie formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, należy zaferować wraz z przeliczeniem ilości.

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, wykrywających SARS-COV-2 / Grypy A+B / RSV / Adenowirusa / M.Pneumoniae w wymazach z nosogardzieli?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów, wykrywających SARS-COV-2 / Grypy A+B / RSV / Adenowirusa w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, wykrywających SARS-COV-2 w próbkach z wymazu z nosogardzieli?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wraz z przeliczeniem ilości.

Pytanie 8

Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 25 sztuk testów?

Odpowiedź: Brak zgody.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**