

Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: ZP 3/2025 Drobny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 2 c-f:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania, dostępny w rozmiarach CH 14 – 20 (długość 60cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemana z przezroczystym drenem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya 3-drożne z plastikową zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatona w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie nr 2, pozycja 16:

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane z silikonu w rozmiarze 450x180mm w rozmiarach: CH10-CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Zadanie nr 2, pozycja 17:

Czy Zamawiający dopuści dreny posiadające znaczniki głębokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 19:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 21:

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach: Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 g i 26 g Jednorazowego użytku Nie zawiera lateksu Nie zawiera ftalanów Sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR | PRZEPŁYW [ml/min] |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 26 x 1/4" | 0,6 x 19 | fioletowy | 17 |
| 24 x 1/4" | 0,7 x 19 | żółty | 23 |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 23:

Czy Zamawiający dopuści cewniki z plastikowa zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 23:

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez zatyczki w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 23:

Czy Zamawiający dopuści cewniki z zatyczką osobno pakowaną ale wycenioną razem jako zestaw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 23:

Czy Zamawiający dopuści cewniki ze standardową końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 24, 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycje 24, 26 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 29, 30, 31:

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**

