

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 18.08.2025r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: ZP 3/2025 Drobny sprzęt medyczny

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzeciwległymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 6, 9, 23:

Czy zamawiający dopuści cewnik z możliwością stosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 6-7:

Czy zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-15 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 9:

Czy zamawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 10:

Czy zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 14:

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 16:

Czy zamawiający dopuści dren z medycznego silikonu w rozmiarach: CH10, CH12, CH14, CH16, CH18?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 19:

Czy zamawiający dopuści sondę w rozmiarach CH16, CH18 i CH21 o długości 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 21:

Czy zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE, z paskami kontrastującymi pod RTG, o przepływach: 0,7 x 19 mm (24G) - 13 ml/min oraz 0,6 x 19 mm (26G) - 13 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 23:

Czy zamawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 26:

Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłuc centralnych 16/18/18 o parametrach:

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
- Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
- Rozszerzacz
- Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa
- Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer)
- Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y)
- Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer)
- Igła iniekcyjna
- Koreczki heparynowe luer-lock
- Skalpel
- Klips mocujący?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 29, 30, 31, 33:

Czy zamawiający dopuści produkty zawierające szkodliwe ftalany?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Zadanie 2, pozycja 38:

Czy zamawiający dopuści przewód pneumotachografu dPP o długości 1,5m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 5, pozycja 22

Czy zamawiający dopuści jednoostrzowe golarki typu Gallant?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**

