

## Pytania i odpowiedzi nr 4

Dotyczy: ZP 3/2025 Drobnny sprzęt medyczny

### **Pytanie 1**

Dotyczy Zadanie 4, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści test przeznaczony do jakościowego i różnicowego wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i typu B, wirusa RSV oraz antygenów adenowirusa układu oddechowego w próbce wymazu z nosogardzieli?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2**

Dotyczy Zadanie 4, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści test COMBO 6w1, SARS-COV-2 / Grypy A+B / RSV / Adenowirusa / M.Pneumoniae; szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania SARS-CoV-2, Grypy A, Grypy B, Syncytialny Wirus Oddechowy (RSV), Adenowirusa, M.Pneumoniae?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 3**

Dotyczy Zadanie 4, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści test przeznaczony do jakościowego wykrywania antygeny wirusa SARS-CoV-2 w próbce wymazu z jamy nosowo-gardłowej i z jamy ustno-gardłowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 4**

Dotyczy Zadanie 4, pozycja 6 i 7:

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniach x 20 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z przeliczeniem ilości.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**