

## Pytania i odpowiedzi nr 2

### Dotyczy: ZP 7/2025 Zakup i dostawa dwóch ambulansów typu B dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

#### Pytanie 1

SPRZĘT MEDYCZNY - NOSZE TRANSPORTOWE

Dotyczy parametru: „Dodatkowy system bezpieczeństwa umożliwiający ręczny załadunek i wyładunek noszy z ambulansu.”

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy uzna za spełniony parametr dodatkowego systemu bezpieczeństwa umożliwiający ręczny załadunek i wyładunek noszy z ambulansu który, realizowany jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, oraz podwójnego skoku blokady składania goleni?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony.**

#### Pytanie 2

SPRZĘT MEDYCZNY – KRZESŁO TRANSPORTOWE

1) Dotyczy parametru: „Obciążenie dopuszczalne krzeselka min. 220 kg”

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne z dopuszczalnym obciążeniem 180kg. W praktyce pacjenci o wadze 180 lub większej w przeważającej części przypadków nie są w stanie siedzieć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

2) „Podwójna blokada kół zabezpieczająca przed toczeniem”

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy uzna za spełniony parametr podwójnej blokady krzeselko wyposażone w hamulce na obu kołach tylnych?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony.**

3) Dotyczy parametru: „Mocowanie na płyny infuzyjne”

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne bez mocowania na płyny infuzyjne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

4) Dotyczy parametru: „Wydzielone miejsce na montaż butli tlenowej”

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko kardiologiczne bez wydzielonego miejsca na montaż butli tlenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**