

Nowe Miasto nad Pilicą, 31.03.2026r.

Pytania i odpowiedzi nr 6

Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Pytanie 1

Zad. 6, Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuść barierki opuszczane poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zad. 6, DOT. PKT. 14 Czy Zamawiający zamiast pilota dopuści sterowanie w barierce po stronie zewnętrznej dla personelu i wewnętrznej dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne.

Pytanie 3

Zad.6, Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuść dopuszczalne obciążenie 180 kg

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 4

Zad. 6, Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści napełnienie komór w trybie 2:1 ?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 5

Zad. 6, Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik naładowania akumulatora widoczny na centralnym panelu sterowania?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 6

Zad. 6, Czy Zamawiający będzie oczekiwał funkcji autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 7

Zad. 6, Czy Zamawiający będzie oczekiwał funkcji CPR dodatkowo realizowanej za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź: Zamawiający będzie oczekiwać.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**