

Nowe Miasto nad Pilicą, 31.03.2026r.

## Pytania i odpowiedzi nr 7

**Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”**

### Pytanie 1

Zadanie 5 OPZ Ad pkt. 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złącza VGA?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złącza HDMI lub VGA – zgodnie z OPZ.**

### Pytanie 2

Zadanie 5 OPZ Ad pkt. 4: Czy Zamawiający odstąpi od punktacji gniazda kart pamięci? Odstąpienie od wymogu gniazda kart pamięci jest zasadne, ponieważ nowoczesne kardiomonytory zapisują i archiwizują dane w systemach centralnych, co eliminuje potrzebę stosowania nośników zewnętrznych. Dodatkowo gniazda kart zwiększają ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych i nie wpływają istotnie na funkcjonalność kliniczną urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

### Pytanie 3

Zadanie 5 OPZ Ad pkt. 7: Czy Zamawiający odstąpi od punktacji wyposażenia w powłokę antyrefleksyjną? Odstąpienie od wymogu powłoki antyrefleksyjnej jest zasadne, ponieważ nowoczesne kardiomonytory oferują wysoką czytelność ekranów dzięki zaawansowanej technologii wyświetlania, niezależnie od zastosowania takiej powłoki. Dodatkowo parametr ten nie wpływa istotnie na funkcjonalność kliniczną urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 4**

Zadanie 5 OPZ Ad pkt. 11: Czy Zamawiający odstąpi od możliwości archiwizacji przebiegów EKG oraz trendów na min. 72 godz. i dopuści rozwiązanie archiwizacji przebiegów EKG, trendów na min. 48 godz.?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.**

#### **Pytanie 5**

Wzór umowy par. 10 ust. 1 lit. a - Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,5 %.

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

#### **Pytanie 6**

Wzór umowy par. 10 ust. 6 - Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 20 %.

**Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**