

Nowe Miasto nad Pilicą, 31.03.2026r.

Pytania i odpowiedzi nr 8

Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Dotyczy: Zadanie nr 5 Kardiomonitor – 5 szt.

Pytanie 1

Dot. pkt. 9. Czy Zamawiający oczekuje aby kardiomonitor posiadał pomiar SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe przy niskiej perfuzji - Nellcor OxiMax?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności z kardiomonitorami FX 3000MD będącymi na wyposażeniu Szpitala?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**