

Nowe Miasto nad Pilicą, 31.03.2026r.

Pytania i odpowiedzi nr 9

Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Dotyczy: Zadanie nr 6

Pytanie 1

Dotyczy pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (4 szt.) o szerokości całkowitej 1038 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2

Dotyczy pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (4 szt.) z przechyłami bocznymi 25° (w każdą stronę), co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ minimalne wymagania i parametry dotyczące przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie rozwiązań o parametrach wyższych lub lepszych niż wskazane jest dopuszczalne i nie wymaga uzyskania odrębnej zgody Zamawiającego, o ile spełnione zostają wszystkie wymagania określone w SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodrażnywny zmiennociśnieniowy montowany na leżu łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodrażnywny zmiennociśnieniowy pracujący w trybie napełniania komór 1:2 (co druga), ze statyczną sekcją głowy dla komfortu pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy z pompą wyposażoną we wskaźniki pracy i ustawień bez wskaźnika naładowania akumulatora?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy przeznaczony dla pacjentów o masie do 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełniający SWZ materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy z funkcją manualnego dostosowania do pozycji łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**