

Nowe Miasto nad Pilicą, 27.03.2026r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Pytanie 1

zadanie nr.5, punkt 1

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z modułami zabudowanymi wewnątrz urządzenia, z gniazdami zewnętrznymi, pozwalającymi na podłączanie dodatkowych modułów np. IBP, CO2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

zadanie nr.4, punkt 3

Czy zamawiający dopuści elektryczny ssak medyczny z wydajnością przepływu 24 l/min. Jest to wystarczająca wartość do efektywnego odsysania wydzielin z dróg oddechowych.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**