

Nowe Miasto nad Pilicą, 27.03.2026r.

## Pytania i odpowiedzi nr 2

**Dotyczy: ZP 2/2026 Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w ramach Przedsięwzięcia „Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji opieki specjalistycznej nad pacjentami ze schorzeniami z zakresu kardiologii” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”**

**Zadanie 7: Aparat USG PRZENOŚNY – 1 szt.**

### Pytanie 1

Dotyczące pkt. 10 Czy Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 1,4-4,4MHz i dopuści sektorową głowicę kardiologiczną o 96 elementach akustycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 1,4-4,4MHz i dopuszcza sektorową głowicę kardiologiczną o 96 elementach akustycznych.**

### Pytanie 2

Dotyczące pkt. 12 Czy Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 1,4-5,0MHz i dopuści konweksową głowicę do badań jamy brzusznej o 128 elementach akustycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 1,4-5,0MHz i dopuszcza konweksową głowicę do badań jamy brzusznej o 128 elementach akustycznych.**

### Pytanie 3

Dotyczące pkt. 14 Czy Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 4,2-12MHz i dopuści głowicę liniową o 128 elementach akustycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważny zakres częstotliwości 4,2-12MHz i dopuszcza głowicę liniową o 128 elementach akustycznych.**

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tomaszowska 43  
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą**